



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Laudo de Avaliação**

**Processo: 26.18.00000317-0 - SEI**

**Emissor: Vigilância Epidemiológica**

**Objeto:** AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS LABORATORIAIS, ESPECIFICAMENTE TUBOS E AGULHAS PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG.

**Avaliação Técnica**

Item	Descritivo	Licitante	Aprovado	Reprovado	Justificativa
01	TUBOS A VÁCUO COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR: OS TUBOS COM ATIVADOR SÃO UTILIZADOS NA COLETA DE SANGUE PARA SOROLOGIA E BIOQUÍMICA, E AJUDAM NA ACELERAÇÃO DA COAGULAÇÃO DO SANGUE E SEPARAÇÃO DO SORO DA AMOSTRA. CARACTERÍSTICAS - TUBO 13X75MM ASPIRAÇÃO 4ML. OU -TUBO 13X100MM ASPIRAÇÃO 5ML. -TUBO PLÁSTICO FEITO EM PET, ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTO E ALTO NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA. TAMPA COM CAPA PROTETORA, QUE GARANTE SEGURANÇA NO TRANSPORTE, EVITANDO POSSÍVEIS VAZAMENTOS E O CONTATO DO USUÁRIO COM A AMOSTRA DO SANGUE. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO - VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES	GC LAB DIAGNOSTICOS	X		ATENDE À ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEM RESSALVAS
02	TUBO DECOLETA AVACUOEDTAK3 4ML TAMPA ROXA -NEOVACCUMI NEOLAB IMPORT	RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL	X		ATENDE À ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEM RESSALVAS
03	TUBOS DE COLETA HEPARINA DE SÓDIO: OS TUBOS DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO SÃO UTILIZADOS	GC LAB DIAGNOSTICOS	X		ATENDE À ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEM RESSALVAS

Item	Descritivo	Licitante	Aprovado	Reprovado	Justificativa
	<p>PARA TRANSPORTE E PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS DE SANGUE PARA ANÁLISE EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. PARA USO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO. HEPARINA DE SÓDIO A HEPARINA DE SÓDIO É UTILIZADA COMO INIBIDOR DE COÁGULO. ESTES TUBOS SÃO UTILIZADOS EM TESTES BIOQUÍMICOS DE DETERMINAÇÕES EM PLASMA. CARACTERÍSTICAS: FABRICADOS EM PLÁSTICO PET TRANSPARENTE E FECHADOS À PROVA DE VAZAMENTO COM BORRACHA AUTO SELANTE; · TAMPAS FABRICADAS EM POLIETILENO CODIFICADAS POR COR; · ESTÉREIS POR RADIAÇÃO GAMA; TAMANHO DO TUBO: 16 X 100 MM; VOLUME: 9 ML. - VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES</p>				
04	<p>AGULHAS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - 25X8 (VERDE): ESPECIFICAÇÕES: -COMPRIMENTO: 25MM. CALIBRE: 0,80MM. - MEDIDA EM GAUGE: 21G X 1". ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO. SILICONIZADA. -BISEL TRIFACETADO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -UTILIZADAS EM COLETAS MÚLTIPLAS DE SANGUE VENOSO. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRIFACETADA. -DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE PERMITE PERFEITO ENCAIXE DE ADAPTADORES E FACILITA A TROCA DE TUBOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CÁPSULAS HERMETICAMENTE FECHADAS. - VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES - CAIXA COM NO MINIMO 100 UNIDADES</p>	GC LAB DIAGNOSTICOS	X		ATENDE À ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEM RESSALVAS

### Justificativa da Aprovação/Reprovação

Os produtos apresentados no catálogo enviado pela empresa GC LAB DIAGNOSTICOS atendem ao especificado nos itens 1, 3 e 4.

O produto apresentado no catálogo enviado pela empresa RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL atende ao especificado no item 2.

Eis o laudo de avaliação.

Santa Luzia, 22 de Maio de 2026.



Julia Gabriela Machado Martins  
Enfermeira  
COREN-MG 382.289

Julia Gabriela Machado Martins  
Vigilância Epidemiológica