

De: licitações [licitacoes@santaluzia.mg.gov.br]
Enviado em: terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 15:25
Para: 'Pamella - Assistente Juridico'
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO II - Edital PE 014/2019

Prezada Pamella,

Esclarecemos abaixo os itens do pedido anexo:

1) Como deverá ser demonstrada essa garantia?

Resp.: Esclareça-se inicialmente, que o prazo de validade (60 dias) refere-se à validade da proposta de preços a ser apresentada pelas licitantes. A garantia em questão refere-se a continuidade operacional da prestação dos serviços e deverá se apresentada em formulário expresso e assinada pela licitante em papel timbrado da empresa.

2) A especificação solicitada é quanto ao equipamento ou ao objeto?

Resp.: Refere-se ao objeto , que entretanto, para ser bem definido requer a descrição dos equipamentos, inclusive com envio de prospectos para análise técnica.

3) Deverão ser encaminhados junto às propostas os descritivos de cada equipamento?

Resp.: Sim.

4) Quanto a "DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO OFERTADO" seriam as informações contidas nas fls. 27 à 37 do anexo I, Termo de Referência?

Resp.: Deverá ser a descrição do serviço ofertado pela sua empresa, que terá obrigatoriamente que contemplar todas as exigências das fls. 27 à 37 do anexo I - Termo de Referência.

De: Pamella - Assistente Juridico [<mailto:pamella@spximagem.com.br>]

Enviada em: terça-feira, 26 de fevereiro de 2019 12:05

Para: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br

Assunto: Enc: QUESTIONAMENTO II - Edital PE 014/2019

Prezados,

Boa tarde.

Segue anexo novo questionamento referente ao edital supra, cujo o objeto é: ***“CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas neste Edital e nos seus Anexos, para a Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, durante o período de 12 meses, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.”***

Atenciosamente.,

