



PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração

EMENTA: Processo Administrativo nº: 0138/2019 – Pregão Eletrônico nº: 067/2019 – Aquisição Eventual e Futura Equipamentos para Laboratorio– **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** enviado pela Empresa BASPXIX LTDA;

Decisão

Recebido o e-mail da empresa BASPRIX LTDA, solicitando esclarecimento referente à descrição do item 03 do termo de referência do edital.

03- ESTUFA GABINETE EXTERNO CONSTRUÍDO EM AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. CÂMARA INTERNA EM AÇO INOX POLIDA;

Pergunta: Quais são as mínimas dimensões do gabinete interna ou a litragem ?

Resposta: De acordo com a Secretaria solicitante a capacidade é de aproximadamente 150 litros.

Santa Luzia, 22 de Outubro de 2019.

Vonicleia Pereira Santos
Pregoeira