



PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA
Secretaria Municipal de Administração

EMENTA: Processo Administrativo nº: 0138/2019 – Pregão Eletrônico nº: 067/2019 – Aquisição Eventual e Futura Equipamentos para Laboratorio- **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** enviado pela Empresa LUCADEMA LTDA;

Decisão

Recebido o e-mail da empresa LUCADEMA LTDA, solicitando esclarecimento referente à descrição do item 02 do termo de referência do edital.

02- CENTRÍFUGA CAPACIDADE: ROTOR PARA 12 TUBOS 5ML;

Pergunta: Pode ter a capacidade para 12 tubos se 15 ml, com adaptadores para 5 ml ?

Resposta: De acordo com a Secretaria solicitante será aceito 12 tubos com capacidade de 15 ml com adaptadores para 5 ml resposta (sim).

Santa Luzia, 22 de Outubro de 2019.

Vonicleia Pereira Santos
Pregoeira