

# Re: Pedido de Esclarecimento. MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA -MG -PREGÃO ELETRONICO 074/2020

Segunda, 19 Outubro, 2020 14:02 -03



Soraia Barbosa Soares [soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br](mailto:soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br)

Para

Anneliza Argon

---

Boa tarde,

Prezados,

Em resposta: A profundidade da lanceta poderá ser de até 2,25 mm.

Cordialmente,

**Soraia Soares**  
**Pregoeira**

Departamento de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Telefone: (31) 3641-5257

[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)

E-mail: [soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br](mailto:soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br)

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil

Em Sexta, 16 Outubro, 2020 13:25 -03, Anneliza Argon <[anneliza.argon@medlevensohn.com.br](mailto:anneliza.argon@medlevensohn.com.br)> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Interessada em participar do certame em tela, gentileza esclarecer o descritivo do item 39.

Nesse item, estabelece-se que a lanceta possua profundidade de 2,25mm.

Esta interessada entende que a profundidade deve ser **ATÉ 2,25MM.**

Este entendimento está correto?

Isso porque, sabe-se que quanto menor a profundidade da lanceta menos dolorosa é a punção e mais confortável é para o usuário.

Além disso, o que determina o fluxo de sangue é o GAUGE e não a profundidade de lanceta.

Ademais, aceitar lancetas com profundidade de **ATÉ 2,25mm** aumentará consideravelmente o rol de licitantes no certame, promovendo maior disputa de lances, não havendo, pois, qualquer prejuízo para a Administração ou para o usuário.

Não remota hipótese dessa r. **Administração não considerar a profundidade da lanceta de ATÉ 2,25mm**, requer seja esclarecido qual a vantagem que a lanceta com profundidade de 2,25mm trará para a Administração, e que não pode ser trazida pelas lancetas com profundidades **ATÉ 2,25mm**.

Atenciosamente,

--