



Aprovação de materiais de pregão.



RELAÇÃO DE ITENS HOSPITALARES AVALIADOS: APROVADOS/REPROVADOS.

ITEM 02- AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA _____ REPROVADO, PRODUTO EM ANALISE COM DISCREPANCIA NOS CORTE DOS BISEL, TENDO CADA UNIDADE UM CORTE DIFERENCIADO.

ITEM 03- AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA _____ REPROVADO, PRODUTO EM ANALISE COM DISCREPANCIA NOS CORTE DOS BISEL, TENDO CADA UNIDADE UM CORTE DIFERENCIADO.

ITEM 04- AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA _____ REPROVADO, PRODUTO EM ANALISE COM DISCREPANCIA NOS CORTE DOS BISEL, TENDO CADA UNIDADE UM CORTE DIFERENCIADO.

ITEM 05- AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA _____ REPROVADO, PRODUTO EM ANALISE COM DISCREPANCIA NOS CORTE DOS BISEL, TENDO CADA UNIDADE UM CORTE DIFERENCIADO.

ITEM 41- AMOSTRA PE N74/2020

REMETENTE SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALES LTDA

APROVADO _____ Em conformidade,

ITEM 047 - AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES

conformidade, APROVADO _____ Em

ITEM 054- AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA

conformidade, APROVADO _____ Em

ITEM 62 - AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA

conformidade, APROVADO _____ Em

ITEM 67 – AMOSTRA PE74/2020

REMETENTE GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

LTDA _____ REPROVADO, durante procedimento fio guia sai com facilidade pelo orificio ao peso distal, desta maneira facilita a ocorrência de iatrogênia ao usuário.

ITEM 109– AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 114– AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE ALERGOSHOP PRODUTOS _____ Em conformidade, APROVADO, atentara para quando for solicitar, realizar pedido dos 3 tamanhos de mascara(neo, pediátrica e adulto).

ITEM 119- AMOTRA PE 074/2020

REMETENTE DL DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI

_____ REPROVADO, Não atende a especificação, onde diz que EFICIÊNCIA MINÍMA DE FILTRAGEM DE 95%, BFE > 99% (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA).

ITEM 122– AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 144– AMOSTRA PE074/2020

REMETENTE SOMETIMES PRODUTOS HOSPITALARES _____ REPROVADO item em não conformidade, gramatura inferior a descrita no prego.

ITEM 168 – AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE _ T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT

_____ Reprovado, durante manuseio, foi encontrado pó, no edital é solicitado sem pó, para que possamos aprovar, necessitamos de esclarecimentos da empresa.

_____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 185 – AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE DIFARMIG LTDA _____ Aprovado



HOSPITAL MUNICIPAL MADALENA PARRILHO CALIXTO

Rua Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22, Santa Luzia

RELAÇÃO DE ITENS HOSPITALARES AVALIADOS: APROVADOS/REJEITADOS

ITEM 208 – AMOSTRA PE N74/2020

REMETENTE CCP Med Distribuidora Eirelli _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 171 – AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE MAT MED HOSPITALAR LTDA _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 174 – AMOSTRA PE74/2020

REMETENTE BIOFASE INDUSTRIA _____ REPROVADO

Esse item apresenta uma das extremidades inviável que dificulta o manuseio durante a conexão em outros dispositivos como treeway, facilitando a perda do acesso e vazamento sanguíneo.

O ideal seria uma extremidade fixa sem necessidade de “enroscar” o equipo nos demais itens necessários em um acesso.

ITEM 028 – AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE AGMASHI COMERCIO _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 064- AMOTRA PE 074/2020

REMETENTE SOMA _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 60 – AMOSTRA PE074/2020

REMETENTE MHEDICAL SERVICE _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 61 – AMOSTRA PE074/2020

REMETENTE MHEDICAL SERVICE _____ Em conformidade, APROVADO

Att,

Débora Araujo- Farmacêutica.