

RELAÇÃO DE ITENS HOSPITALARES AVALIADOS: APROVADOS/REPROVADOS.

ITEM 02- AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA _____ REPROVADO, PRODUTO EM ANÁLISE COM DISCREPANCIA
NOS CORTE DOS BISEL, TENDO CADA UNIDADE UM CORTE DIFERENCIADO.

ITEM 03- AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA _____ REPROVADO, PRODUTO EM ANÁLISE COM DISCREPANCIA
NOS CORTE DOS BISEL, TENDO CADA UNIDADE UM CORTE DIFERENCIADO.

ITEM 04- AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA _____ REPROVADO, PRODUTO EM ANÁLISE COM DISCREPANCIA
NOS CORTE DOS BISEL, TENDO CADA UNIDADE UM CORTE DIFERENCIADO.

ITEM 05- AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA _____ REPROVADO, PRODUTO EM ANÁLISE COM DISCREPANCIA
NOS CORTE DOS BISEL, TENDO CADA UNIDADE UM CORTE DIFERENCIADO.

ITEM 41- AMOSTRA PE N74/2020
REMETENTE SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALES LTDA _____ Em conformidade,
APROVADO

ITEM 047 - AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES _____ Em
conformidade, APROVADO

ITEM 054- AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA _____ Em
conformidade, APROVADO

ITEM 62 - AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE MHEIDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA _____ Em
conformidade, APROVADO



Aprovação de materiais de pregão.



ITEM 67 – AMOSTRA PE74/2020
REMETENTE GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA
facilidade pelo orificio ao peso distal,desta maneira facilita a ocorrência de iatrogenia ao usuário.

ITEM 109 – AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
Em _____
conformidade, APROVADO

ITEM 114 – AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE ALERGOSHOP PRODUTOS
Em conformidade,
APROVADO,atentara para quando for solicitar,realizar pedido dos 3 tamanhos de mascarar (neo,pediatrica e adulto).

ITEM 119- AMOTRA PE 074/2020
REMETENTE DL DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI
REPROVADO,não atende a especificação,onde diz que
EFICIÊNCIA MINIMA DE FILTRAGEM DE 95%, BFE > 99% (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLOGICA).

ITEM 122 – AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
Em _____
conformidade, APROVADO

ITEM 144 – AMOSTRA PE074/2020
REMETENTE SOMETIMES PRODUTOS HOSPITALARES
REPROVADO item em não conformidade,gramatura inferior a descrita no prego.

ITEM 168 – AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT
Reprovado,durante manuseio,foi encontrado pó,no edital é
solicitado sem pó,para que possamos aprovar,necessitamos de esclarecimentos da empresa.

ITEM 185 – AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE DIFARMIG LTDA
Em conformidade, APROVADO
Aprovado

Sandra Farias Coren-Mg:332.743
Débora Costa CRF-Mg: 36.833



RELAÇÃO DE ITENS HOSPITALARES AVALIADOS: APROVADOS/REJEITADOS

ITEM 208 – AMOSTRA PE N74/2020
REMETENTE CCP Med Distribuidora Eirelli
Em conformidade, APROVADO

ITEM 171 – AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE MAT MED HOSPITALAR LTDA
Em conformidade, APROVADO

ITEM 174 – AMOSTRA PE74/2020
REMETENTE BIOFASE INDUSTRIA
REPROVADO

Esse item apresenta uma das extremidades invável que dificulta o manuseio durante a conexão em outros dispositivos como treeway, facilitando a perda do acesso e vazamento sanguíneo.

O ideal seria uma extremidade fixa sem necessidade de “entrosar” o equipo nos demais itens necessários em um acesso.

ITEM 028 – AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE AGMASHI COMERCIO
Em conformidade, APROVADO

ITEM 064- AMOTRA PE 074/2020
REMETENTE SOMA
Em conformidade, APROVADO

ITEM 60 – AMOSTRA PE074/2020
REMETENTE MHEICAL SERVICE
Em conformidade, APROVADO

ITEM 61 – AMOSTRA PE074/2020
REMETENTE MHEICAL SERVICE
Em conformidade, APROVADO

Att,
Débora Araújo- Farmacêutica.