



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

COMUNICAÇÃO INTERNA

DATA:

03/12/2020

CI N.º 376/2020

De: Secretaria Municipal de Saúde.

Para: Setor de Compras da Saúde

Assunto: Lista de itens avaliados

Prezado Sr(a),

Informo que, após análise realizada os itens abaixo do **Pregão Eletrônico SRP nº074/2020** (Processo Administrativo nº143/2020), foram classificados:

ITEM	EMPRESA	STATUS
198	MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME	REPROVADO
230	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOPDP LTDA	REPROVADO
231	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOPDP LTDA	REPROVADO
232	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOPDP LTDA	REPROVADO

**Obs:** Aguardo recebimento do item 196 para análise, segue relatório em anexo.

Atenciosamente,

Cassiandrea Teles Tran  
Atenção Primária à Saúde  
Coordenação  
Matrícula: 28744

Cassiandrea Teles Tran

Coordenação Atenção Primária a Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

COMUNICAÇÃO INTERNA

**DATA:**

01/12/2020

**CI N.º 376/2020**

**De:** Secretaria Municipal de Saúde.

**Para:** Setor de Compras da Saúde

**Assunto:** itens avaliados

**Item 198** - O curativo aderiu pouco tempo nas bordas e no leito da ferida, houve formação de bolhas de ar e apresentou pouca integridade na forma, permanecendo por pouco tempo na lesão, após a retirada do produto o leito da lesão pouco umedecida. Portanto não atendeu no teste de performance.

**Item 230, 231 e 233** – O curativo não absorveu o exsudato de forma esperada, extravasando em grande quantidade para cobertura terciária, sendo necessária mais trocas de ataduras do que habitual. Portanto não atendeu no teste de performance.

Prezado Sr(a),

Atenciosamente,

Cassiandrea Teles Tran  
Atenção Primária à Saúde  
Coordenação  
Matrícula: 28744

Cassiandrea Teles Tran

Coordenação Atenção Primária a Saúde