



HOSPITAL MUNICIPAL MADALENA PARRILHO CALIXTO

Rua Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22, Santa Luzia

RELAÇÃO DE ITENS HOSPITALARES AVALIADOS: APROVADOS/REJEITADOS

ITEM 116 – AMOSTRA PE074/20

REMETENTE CIEX BRASIL _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 180- AMOSTRA PE074/20

REMETENTE CIEX BRASIL _____ Em conformidade, APROVADO.

ITEM 193- AMOSTRA PE074/20

REMETENTE CIEX BRASIL _____ Em conformidade, APROVADO.

Att,

Débora Araujo- Farmacêutica.

Débora Araujo Silva
Farmacêutica
CRF-MG-39476

08/12/20

Hospital Madalena Calixto



HOSPITAL MUNICIPAL MADALENA PARRILHO CALIXTO

Rua Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22, Santa Luzia

RELAÇÃO DE ITENS HOSPITALARES AVALIADOS: APROVADOS/REJEITADOS

ITEM 110 – AMOSTRA PE N74/2020

PREF. 9579 _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 209 – AMOSTRA PE 074/2020

PREF. 4725 _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 184 – AMOSTRA PE74/2020

REMETENTE BIOS MATERIAIS _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 120 – AMOSTRA PE 074/2020

PREF. 2579 _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 121 AMOTRA PE 074/2020

REMETENTE PROLAGOS _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 158- AMOSTRA PE074/2020

REMETENTE SNOP CORRELATOS _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 27 – AMOSTRA PE074/2020

REMETENTE ABASANTOS _____ Em conformidade, APROVADO

Att,

Débora Araujo- Farmacêutica.

Débora Araújo Silva
Farmacêutica
CRF-MG 39176

03/12/20



HOSPITAL MUNICIPAL MADALENA PARRILHO CALIXTO

Rua Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22, Santa Luzia

RELAÇÃO DE ITENS HOSPITALARES AVALIADOS: APROVADOS/REJEITADOS

ITEM 208 – AMOSTRA PE N74/2020
REMETENTE CCP Med Distribuidora Eirelli _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 171 – AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE MAT MED HOSPITALAR LTDA _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 174 – AMOSTRA PE74/2020
REMETENTE BIOFASE INDUSTRIA _____ REPROVADO - *DESCONSIDERAR*

Esse item apresenta uma das extremidades inviável que dificulta o manuseio durante a conexão em outros dispositivos como treeway, facilitando a perda do acesso e vazamento sanguíneo.

O ideal seria uma extremidade fixa sem necessidade de “enroscar” o equipo nos demais itens necessários em um acesso.

ITEM 028 – AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE AGMASHI COMERCIO _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 064- AMOTRA PE 074/2020
REMETENTE SOMA _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 60 – AMOSTRA PE074/2020
REMETENTE MHMEDICAL SERVICE _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 61 – AMOSTRA PE074/2020
REMETENTE MHMEDICAL SERVICE _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 185 – AMOSTRA PE 074/2020
REMETENTE DIFARMIG LTDA _____ REPROVADO

O item se encontra em conformidade, porém trata-se de um teste para 24hrs, o ideal para rotatividade da nossa CME que é a referência do município seria o teste de 3hrs como já dito anteriormente.

Se for possível haver a disponibilização de incubadoras para o teste de 3hrs pela empresa, este de 3hrs é o que deve ser usado por nos. Contudo, se a especificação solicitada pelo prego 74/2020 for um teste de 24 horas, esse item (185) encontra-se de acordo para utiliza-lo, mesmo não sendo o ideal para nossa CME.

Att,

Débora Araujo- Farmacêutica.

Débora Araujo Silva
Farmacêutica

24/11/20