



HOSPITAL MUNICIPAL MADALENA PARRILHO CALIXTO
Rua Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 22, Santa Luzia

RELAÇÃO DE ITENS HOSPITALARES AVALIADOS: APROVADOS/REJEITADOS

ITEM 067- AMOSTRA PE N74/2020
REMETENTE MED CENTER COMERCIAL

_____ Em conformidade, APROVADO

Att,
Débora Araújo- Farmacêutica.

Débora Araújo Silva
Farmacêutica
CRE-MG 89476

09.12.20

Hospital Madalena Calixto



Aprovação de materiais de pregão.



ITEM 118- AMOSTRA PE 074/2020

REMETENTE XCMG BRASIL INDÚSTRIA _____ Em conformidade, APROVADO

ITEM 126- AMOSTRA PE 074/2020

IS COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELL _____ Em conformidade,
APROVADO

Materiais aprovados por Ana Neiva Coren-Mg: 341.182

Sandra Farias Coren-Mg:332.743

Débora Costa CRF-Mg: 36.833



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Santa Luzia, 14 de dezembro de 2020

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Superintendência Licitação e Compras

Amostras para aprovação referente ao Pregão 74/2020:

Item	Empresa	Status
2,3,4 e 5	DCB	aprovado

Atenciosamente

Soraia Aparecida Ferreira de Oliveira

Matricula 32233



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

COMUNICAÇÃO INTERNA

DATA: 12/12/2020

CI N.º 383/2020

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Setor de Compras da Saúde

Assunto: Avaliação 2º Colocados

Prezada Sr(a),

Informo que, após análise realizada os itens abaixo do Pregão Eletrônico SRP nº074/2020 (Processo Administrativo nº143/2020), foram classificados:

Itens Aprovados:

ITEM	EMPRESA	STATUS
195	LM FARMA	APROVADO
198	DIFARMIG LTDA	APROVADO
199	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO
200	LM FARMA	APROVADO
201	LM FARMA	APROVADO
224	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO
227	LM FARMA	APROVADO
228	SAMEH SOLUÇÕES HOSP. LTDA	APROVADO
230	ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DP BRASIL	APROVADO
231	ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DP BRASIL	APROVADO
232	LM FARMA	APROVADO

Itens Reprovados:

Item 196- O curativo não apresenta na sua camada mais íntima, ou seja, a que está em contato diretamente com o leito da ferida, a carboximetilcelulose sódica. Portanto não atende ao solicitado no edital.

Cassiana Teles Fran
Atenção Primária à Saúde
Coordenação
Matrícula: 28744

Item 229- O curativo não apresenta em suas fibras absorventes a carboximetilcelulose que é importante para garantir a absorção do exsudato, com aprisionamento nas fibras sem extravasamento e sim fibras Polivinilicas (PVA). Portanto não atende ao solicitado no edital.

Certa de sua atenção,
Agradeço.

Cassiandrea Teles Tran
Atenção Primária à Saúde
Coordenação
Matrícula: 28744

Cassiandrea Teles Tran
Coordenação Atenção Primária a Saúde