

Fwd: ESCLARECIMENTOS PE 074/2020

Quarta, 14 Outubro, 2020 13:59 -03

Soraia Barbosa Soares soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br

Para

Soraia Aparecida Ferreira

Segue esclarecimento da empresa Open Farma

Cordialmente,

**Soraia Soares
Pregoeira**

Departamento de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Telefone: (31) 3641-5257

www.santaluzia.mg.gov.brE-mail: soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil

----- Original Message -----

Assunto: ESCLARECIMENTOS PE 074/2020

Data: Quarta, 14 Outubro, 2020 09:22 -03

De: OpenFarma <licitacao@openfarma.com.br>Para: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br

Bom Dia !

Venho por meio deste solicitar esclarecimento quando ao descritivo do Item 64 Ref. ao Pregão Eletrônico Nº. 074/2020

Item 64 - FILTRO DE MÁQUINA HMEF PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA UNIDADES DESCRIÇÃO: INDICADO PARA USO EM CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS DE APARELHOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E ANESTESIA, O FILTRO HMEF - 28 HMEF PREVINE A INFECÇÃO CRUZADA ENTRE O PACIENTE E O EQUIPAMENTO DE VM E PODE SER UTILIZADO NO RAMO EXPIRATÓRIO E/OU INSPIRATÓRIO DO CIRCUITO COM ALTA EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO DE BACTÉRIAS E VÍRUS, POSSUI UM COMPONENTE HIDROFÓBICO COM BAIXA RESISTÊNCIA AO FLUXO QUE MANTÉM-SE ESTÁVEL TANTO COM GÁS SECO QUANTO COM A PRESENÇA DE UMIDIFICAÇÃO. COSNTITUÍDO DE UMA MEMBRANA BIDIRECIONAL E TOTALMENTE

HIDROFÓBICA, QUE FORMA UMA BARREIRA PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE UMIDADE PRESENTE NOS GASES E QUE PODEM CONTER BACTÉRIAS E OU VÍRUS. ESSAS PARTÍCULAS FICAM GRUDADAS NA MEMBRANA IMPEDINDO QUE ESSES AGENTES CONTAMINANTES CHEGUEM AO PACIENTE, OU AO INTERIOR DO EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO. ESSE FILTRO É CAPAZ DE REMOVER PARTÍCULAS ENTRE 1 E 0,1 MICRÔMETRO, SENDO CONSIDERADO ALTAMENTE EFICAZ. LIVRE DE LÁTEX, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. COMPATÍVEL COM: VENTILADORES DE UTI REVESTIMENTO DO FILTRO/CARÇAÇA: RESINA PLÁSTICA (POLIPROPILENO) MEMBRANA FILTRANTE (HMEF): PAPEL DE VIBRA DE VIDRO HIDROFÓBICO E AGLUTINANTE ORGÂNICO. ESPAÇO MORTO: 135 ML EFICIENCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTÉRIO SAÚDE

Este Filtro seria o de uso no equipamento ?

Aguardo
Atenciosamente

 [created with
MySignature.io](https://www.mysignature.io)

Letícia Rehfeld

Open Farma Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Licitações
e Contratos

p: (54) 35232059

e: licitacao@openfarma.com.br

s: Letícia - Open Farma

a: Rua Gotardo Mazzarollo, 330 | Centro | Barão de
Cotegipe/RS

Create your own signature

--