



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

Santa Luzia, 25 de Maio de 2021.

**C.I. 142 /2021/SMS**

De: Secretaria de Saúde/ Atenção Primária à Saúde (APS)

Para: Diretoria de Licitações e Contratos

**LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**

**Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
MÉDICOS HOSPITALAR**

Venho por meio desta, informar que após análise objetiva dos itens do pregão eletrônico Nº 025/2021, segue abaixo o parecer.

ITEM	MATERIAL	RESULTADO
013	ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA - 10X10	APROVADO
014	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA - 15X15	APROVADO

Sem mais, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Laudiene Ferreira Nunes  
Atenção Primária à Saúde  
Coordenação  
Matrícula: 33747

Laudiene Nunes Ferreira  
Coordenação APS

Jéssica Domingos Vieira  
Coordenação - SAD  
Mat. 34.455  
Secretaria de Saúde Santa Luzia

Jéssica Domingos Vieira  
Coordenação SAD

**Relatório referente à ação da Placa de alginato de cálcio com prata**  
**Biatain- Alginate Ag 15 cm X 15 cm.**

**Caso clínico:** Paciente M.J.S, Mulher idosa, 61 anos, com diagnóstico de erisipela, possui comorbidades (HAS/ DM), apresenta ferida em MID com sinais flogísticos, exsudato em quantidade moderada e presença de fibrina, aplicado a placa de alginato de cálcio com prata (Biatain- Alginate Ag 15 cm X 15 cm) na área da lesão, sendo analisado à ação da cobertura utilizada:

**Antes da retirada (Segundo dia com a placa- Troca da cobertura secundária: Gaze estéril)**

- ✓ Aderiu sem prejudicar as bordas e o leito da lesão;
- ✓ Apresentou integridade na forma, podendo permanecer por mais tempo de uso;
- ✓ Promoveu controle de secreção liberada pela ferida;
- ✓ Manteve proteção da lesão.

**Após a retirada (Quarto dia)**

- ✓ Houve diminuição significativa de sinais inflamatórios;
- ✓ Desenvolvimento de tecido viável;
- ✓ Facilidade de remoção da placa.

**Considerações**

A placa contribuiu para o regresso dos sinais flogísticos, prevenção de infecção e promoveu evolução de tecido de granulação (Recuperação tecidual), sendo a cobertura de fácil manipulação durante a realização do curativo.

**Relatório referente à ação da Placa Espuma Aquacel Foam Ag 10 cm X 10 cm.**

**Caso clínico:** Paciente M.A.S, Mulher idosa, 71 anos, com diagnóstico de AVEi, acamada e durante uma internação hospitalar (3 meses) adquiriu uma lesão por pressão em região sacral (LPP- Estágio 3) apresentando sinais flogísticos, alta exsudação e presença de fibrina. Aplicado à placa espuma Aquacel Foam Ag 10 cm x 10 cm na área da lesão, sendo analisado à ação da cobertura utilizada:

**Antes da retirada (Segundo dia com a placa- Troca da cobertura secundária: Gaze estéril)**


- ✓ Aderiu sem prejudicar as bordas e o leito da lesão;
- ✓ Apresentou vazamento de exsudato;
- ✓ Manteve proteção da lesão com o meio externo.

**Após a retirada (Quarto dia)**

- ✓ Houve pouca diminuição de sinais inflamatórios pelo tempo utilizado;
- ✓ Desenvolvimento de tecido viável;
- ✓ Facilidade de remoção da placa.

**Considerações**

A placa no segundo dia teve dificuldade no controle de exsudato, porém a partir do quarto dia com a troca, houve regresso de eritema local, formação de pontos de tecido viável e proteção da ferida com o meio externo.

  
Michel Ademar da Conceição Trajano  
COREN-MG: 431.280 - ENF

**Michel Ademar da Conceição Trajano- Coren-MG: 431.280  
Enfermeiro SAD/ EMAD UPA São Benedito**