



PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LAUDO DE AVALIAÇÃO

O Setor de Coordenadoria da Secretaria de Saúde vêm manifestar a **análise dos catálogos** itens do Pregão Eletrônico N° 070/2021, Processo Administrativo N°180/2021 – Aquisição de colorímetro e reagente:

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	FORNECEDOR	CATÁLOGO
1	COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL PARA ANÁLISE DE CLORO PELO MÉTODO DPD EM CAMPO EM LABORATÓRIO, COM DIMENSÕES DE 8,5 X 16,2 X 6,7 CM, 110/220V, SENSIBILIDADE DE 0,05 PPM, ACOMPANHADO DE 6 CUBETAS DE AMOSTRA (25MM DE DIÂMETRO), REAGENTES PARA 100TESTES E 1 (UMA) BATERIA DE 9 VOLTS ALCALINA E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. CONTENDO: 2 - UNIDADES DE SOLUÇÃO INDICADORA DL-DPD: EMBALGEM CONTENDO NO MINIMO DE 10 ML; 2 - UNIDADES DE SOLUÇÃO TAMPÃO DE FOSFATO DL-STH: EMBALAGEM CONTENDO 25 ML; 1 - UNIDADE FRASCO DE PADRÃO SECUNDÁRIO DE CLORO DE 2,00mg/l (PPM); 1 - UNIDADE FRASCO DE PADRÃO ph 7,0 EM FRASCO DE 100ml; 1 - MALETA PARA TRANSPORTE DE REAGENTE: CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE COM TRAVA DE FECHAMENTO, DIMENSÕES 230 X175 X 45 MM.	UNIDADE	2	POLICONTROL	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI	Reprovado. - Ausência de unidade frasco de padrão ph 7,0 em frasco de 100ml; - Foi ofertada 06 cubetas de 23,5mm sendo que o solicitado no edital era 25mm;
2	FRASCO DE REAGENTE VERMELHO DE FENOL - EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 50 ML. PARA ANÁLISES DE PH	UNIDADE	4	DELLAB	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	Aprovado.
3	FRASCO DE REAGENTE DPD (N,N-DIETIL-P-FENILENEDIAMINA) DE CLORO TOTAL E LIVRE: EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 20 ML.	UNIDADE	4	DELLAB	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	Aprovado.

Sem mais para o momento.

Santa Luzia, 09/08/2021

Walderez Drumond

Coordenação de Saúde

Walderez Costa Drumond
Mat. 9457 - CROMG 16612
Diretora de Vigilância Sanitária
Sec. Mun. de Saúde de Santa Luzia