

Fwd: Re: Fwd: Fwd: Re: Fwd: Duvida pregão 78-2021 Lote 13

Sexta, Agosto 06, 2021 13:20 -03

Para



Soraia Aparecida Ferreira soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br

Maria Aparecida de A Aquino Ananias (Compras e Licitações)

Boa tarde

Segue a resposta

----- Original Message -----

Assunto: Re: Fwd: Fwd: Re: Fwd: Duvida pregão 78-2021 Lote 13

Data: Sexta, Agosto 06, 2021 11:57 -03

De: "Ana Cristina Braga Neiva" <ananeiva@santaluzia.mg.gov.br>

Para: "Soraia Aparecida Ferreira" <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

Bom dia!

Trata-se de folha para autocaveà vaco para ser utilizada no ciclo Bowie Dick, impregnada com indicador termoquimico sem presença de chumbo,atóxico,que após exposição de 3,5 minutos em temperatura de 134°C muda uniformemente de cor clara para escura,possibilitando assim a leitura dos parametros. Essa folha é colocada no cebtro de um pacote padrão com campos cirurgicos.exintem no mercado o teste em dois modelos em formatos de folha e pacote.

Atenciosamente,

Ana Neiva

Em Sexta, Agosto 06, 2021 11:06 -03, "Soraia Aparecida Ferreira" <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

|

Bom dia

Me ajude a responder os questionamentos

----- Original Message -----

Assunto: Fwd: Re: Fwd: Duvida pregão 78-2021 Lote 13

Data: Sexta, Agosto 06, 2021 10:47 -03

De: "Maria Aparecida de A Aquino Ananias" <mariaanancias@santaluzia.mg.gov.br>

Para: "Soraia Aparecida Ferreira" <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

Prezada Soraia,

Bom dia!

Sirvo-me do presente para edncaminhar Pedido de Esclarecimentos encaminhado pela empresa MILLENIUM - MCSCOMERCIAL para análise e resposta ao licitante e a todos os interessados em participar do certame.

Atenciosamente,

Maria Aparecida de Araújo Aquino Ananias

----- Original Message -----

Assunto: Re: Fwd: Duvida pregão 78-2021 Lote 13

Data: Sexta, Agosto 06, 2021 10:39 -03

De: "Maria Aparecida de A Aquino Ananias" <mariaanancias@santaluzia.mg.gov.br>

Para: "MILLENIUM - MCSCOMERCIAL" <comercial@mcscomercial.com.br>

Prezado licitante,

Bom dia!

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BENEFÍCIOS LC 123/2006
013	PACOTE TESTE DE BOWIE & DICK PACOTE TESTE DE BOWIE & DICK INDICADOR QUÍMICO, CLASSE II, USO INTERNO; FABRICADO CONFORME NORMA DA ANSI/AAMI/ISSO11. 140-5; INDICADO PARA TESTE DA EIFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA MONITORAR A REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA	PT	500	R\$ 398,0845	R\$ 199.042,2500	AMPLA CONCORRÊNCIA

