




**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Vimos por meio desta responder aos questionamentos da empresa PMH Produtos médicos Hospitalares:

- 1) As bombas devem ser fornecidas pela Contratada em boas condições de uso. Por se tratar de uma contratação via comodato, caso as bombas apresentem algum defeito deve ser imediatamente trocadas/e ou realizadas a manutenção corretiva.
- 2) Não, o termo de referência se trata da aquisição de insumos para serem utilizados nas bombas de infusão (equipo). Estes deverão ser novos.
- 3) As bombas deverão atender as normas da ABNT IEC 60601-2-21:2002
- 4) Não foi descrito o modelo de bomba de infusão, não entanto foi descrito o equipo necessário para atendimento nos Serviços de Saúde
- 5) Conforme edital o equipo fornecido dera ser compatível com bomba fornecida em comodato.

Santa Luzia, 28 de setembro de 2021

  
Soraia Aparecida Ferreira

34.809