

Re: Fwd: Esclarecimento PE 18/2022 - Santa Luzia

Quinta, 14 Abril, 2022 15:48 -03



Soraia Aparecida Ferreira

soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br

Para

[me](#)

Boa tarde

Com cordiais cumprimentos, em resposta ao questionamento, o item 8 agulha de 4 mm é para uso de medicamentos com aplicação subcutânea.
com relação ao item 28 corresponde ao bico longo (bico tipo cateter)

Em Quinta, Abril 14, 2022 08:56 -03, "Soraia Barbosa Soares"
<soraia-soares@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Prezados,

Segue pedido de esclarecimento referente ao PE 018/2022 - Perfurocortantes, enviado pela empresa DISTRILAF.

Cordialmente,

Soraia Soares

Pregoeira

Departamento de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Telefone: (31) 3641-5257

www.santaluzia.mg.gov.br

E-mail: soraia-soares@santaluzia.mg.gov.br

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil

----- Original Message -----

Assunto: Esclarecimento PE 18/2022 - Santa Luzia

Data: Quarta, 13 Abril, 2022 17:07 -03

De: "Samantha - Distrilaf" <licitacoes1@distrilaf.com.br>

Para: <licitacoes@santaluzia.mg.gov.br>



Soraia, boa tarde!!

Gostaria de esclarecer as dúvidas abaixo:


Item 8 - Esta agulha, qual seria o tamanho dela?

4x12; 4x16; 4x8?

Ou se trata de agulha para caneta de insulina?




Item 28 – Essa seringa, o que seria esse bico especial? Seria o bico cateter (longo)?



Aguardo seu retorno. Obrigada!

Att.:



--