

Re: Fwd: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA -- PE 18/2022

Quinta, 24 Março, 2022 11:40 -03



Ana Cristina Braga Neiva
ananeiva@santaluzia.mg.gov.br

Para

[Soraia, me](#)

Prezados,

Ocorreu um erro de digitação ao item 18. A lanceta deverá ter profundidade entre 1,8 mm a 2,25 mm.

Sem mais para o momento, Agradeço.

Ana Neiva

Em Quarta, Março 23, 2022 10:41 -03, "Soraia Aparecida Ferreira" <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Bom dia
me ajude a responder o questionamento

----- Original Message -----

Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA -- PE 18/2022

Data: Quarta, Março 23, 2022 08:15 -03

De: "Soraia Barbosa Soares" <soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br>

Para: "Soraia Aparecida Ferreira" <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

Bom dia,

Segue esclarecimento da empresa Medlevensohn, referente ao PE 018/22 - Perfurocortantes.

Necessário resposta até 24/03/22.

Cordialmente,

**Soraia Soares
Pregoeira**

Departamento de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Telefone: (31) 3641-5257

www.santaluzia.mg.gov.br

E-mail: soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil

----- Original Message -----

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA -- PE 18/2022

Data: Terça, 22 Março, 2022 16:49 -03

De: Anneliza Argon <anneliza.argon@medlevensohn.com.br>

Para: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br

CC: Victoria Menezes <victoria.menezes@medlevensohn.com.br>, Shayra Oliveira

<regulatorio01@medlevensohn.com.br>, Maira Barbosa

<maira.barbosa@medlevensohn.com.br>, thiago pereira

<thiago.pereira@medlevensohn.com.br>, Marcelo Fernandes Moreno

<representacoesmarcelo@gmail.com>, Eduardo Simon <eduardo@dumed.com.br>, Tulio

Oliveira <tulio.oliveira@medlevensohn.com.br>

Referências: <884978115.1019739.1647630970635.JavaMail.zimbra@medlevensohn.com.br>

<546031361.1026374.1647631850098.JavaMail.zimbra@medlevensohn.com.br>

Prezados, esta empresa está interessada em participar do certame em tela e para tanto, requer seja esclarecida a dúvida a seguir:

O descritivo do **item 18** informa que lanceta deverá possuir profundidade de 2,25mm.

Pergunta-se: Para fins de aumento do número de licitantes, promoção da maior competitividade e ampliação da disputa de lances na busca da proposta mais vantajosa, serão aceitas lancetas com profundidade aproximada, como por exemplo, 1,8mm.

É importante considerar a possibilidade da Administração em solicitar amostra do produto vencedor para constatar o atendimento às necessidades dos usuários.

Atenciosamente,

Prezados, ocorreu um

--