

# Re: Fwd: esclarecimento pregão 018/2022

Sexta, 08 Abril, 2022 10:42 -03



Soraia Aparecida Ferreira

[soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br](mailto:soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br)

Para

[me](#)

---

Bom dia

O item 9 foi solicitado com dispositivo de segurança, por apresentar um calibre maior. Os demais itens poderão seguir tal característica, a N 32 recomenda o dispositivo, não exige que tenha

O que não impede o fornecedor de coloca na proposta com o dispositivo de segurança, para os itens citados nos questionamento.

Att

Em Quinta, Abril 07, 2022 14:40 -03, "Soraia Barbosa Soares" <[soraia-soares@santaluzia.mg.gov.br](mailto:soraia-soares@santaluzia.mg.gov.br)> escreveu:

Boa tarde,

Segue esclarecimento referente ao PE 018/2021 - Perfurocortantes, enviado pela empresa Multimedica Comercial.

Necessário resposta em dois dias úteis.

Cordialmente,

**Soraia Soares  
Pregoeira**

Departamento de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Telefone: (31) 3641-5257

[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)

E-mail: [soraia-soares@santaluzia.mg.gov.br](mailto:soraia-soares@santaluzia.mg.gov.br)

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil

----- Original Message -----

Assunto: esclarecimento pregão 018/2022

Data: Quinta, 07 Abril, 2022 14:12 -03

De: [mmedic@terra.com.br](mailto:mmedic@terra.com.br)

Para: Licitacoes<licitacoes@santaluzia.mg.gov.br>

Boa tarde, Soraia

venho solicitar esclarecimento em relação aos itens 10, 11, 12, 13 cateter intravenoso 16 ,20, 22 e 24 nos itens estão pedindo tampa protetora flexível siliconizada gostaria de saber se esses itens são com DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 32, tendo em vista que o item 09 cateter nº 14 i esta pedindo com DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 32.

Desde já agradeço e fico no aguardo de um breve retorno.

**Multimedica Comercial Ltda**

**CNPJ: 00.207.500/0001-07**

**PABX: 313649-7070**

--