

## Resultado por Fornecedor



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

**Pregão** Nº 00013/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

### RESULTADO POR FORNECEDOR

**08.697.852/0001-91** - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Agulha</u>	Unidade	1	R\$ 850,6600	R\$ 660,0000	R\$ 660,0000

**Marca:** BHIO SUPPLY

**Fabricante:** VOMED VOLZER MEDIZINTECHNIK GMBH & CO KG

**Modelo / Versão:** 0AC24G0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de Veress, D=2,1mm, C=15cm, ponta protegida com mola e conector LUER-Lock, autoclavável, para pneumoperitônio. REGISTRO ANVISA: 80381210018

2	<u>Agulha</u>	Unidade	3	R\$ 2.598,8700	R\$ 670,0000	R\$ 2.010,0000
---	---------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

**Marca:** BHIO SUPPLY

**Fabricante:** VOMED VOLZER MEDIZINTECHNIK GMBH & CO KG

**Modelo / Versão:** 0AC24F0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de Veress, D=2,1mm, C=12cm, ponta protegida com mola e conector LUER-Lock, autoclavável, para pneumoperitônio. REGISTRO ANVISA: 80381210018

**Total do Fornecedor: R\$ 2.670,0000**

**25.386.146/0001-48** - LOTUS MEDICAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Cabo</u>	Unidade	4	R\$ 1.332,8000	R\$ 325,0000	R\$ 1.300,0000

**Marca:** SC

**Fabricante:** SIMILAR&COMPATÍVEL

**Modelo / Versão:** CPH102

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de diatermia monopolar, D4mm, C300cm, autoclavável, para uso em pinças videolaparoscópicas.

**Total do Fornecedor: R\$ 1.300,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 3.970,0000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)