



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Santa Luzia, 19 de maio de 2022

Avaliação dos equipamentos referente ao PE 30/22.

Item	Empresa	Status
16	CM Hospitalar	Reprovado

Ressaltamos que o item foi avaliado pela equipe de enfermagem Atenção Primária.

Segue o relatório feito pela enfermeira

Soraia Aparecida Ferreira

Matricula 34.807

RELATÓRIO

Relato que foi realizado pela equipe da enfermagem durante todo dia na data de 18/05/2022 vários curativos na UBS virgem pobres com utilização do esparadrapo impermeável Procitex .

Infelizmente podemos perceber á má aderência do mesmo, pouca adesão, descolando com facilidade principalmente ao prender ataduras. O mesmo apresenta- se fácil para corte.

Concluimos que o uso do esparadrapo impermeável Procitex **não foi satisfatório** para o objetivo.

Sem mais, grata e á disposição.

Renata R. de Oliveira de Andrade
Enfermeira
COREN-MG 196393-ENF

Santa Luzia, 18/05/2022.