

Resultado por Fornecedor



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Pregão Nº 00027/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

26.499.522/0001-73 - MORIMED COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Autoclave</u>	Unidade	1	R\$ 7.218,6200	R\$ 5.999,0000	R\$ 5.999,0000

Marca: DIGITALE

Fabricante: BS EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: 6.0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 60 LITROS DIGITAL: Câmaras de esterilização em aço inox; Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada; Válvula de segurança contra pressão excessiva; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital com avisos visuais e sonoros; teclado de membrana. Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através de microprocessador eletrônico. Ciclos Programáveis; Atuação descontinua da resistência durante o ciclo; Opção de secagens extras; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -Capacidade: 60 litros -Peso aprox.: 67 kg -Câmara: aço inox -Potência: 1800 w -Pressão de trabalho: 1 kgf/cm² a 1,2 kgf/cm -Temperatura padrão O.M.S: até 121°C -Segurança: Travamento de porta, pressão excessiva, superaquecimento -Tensão/Corrente nominal; 220 V ou 110V -Bandejas de alumínio -Registro da ANVISA

Total do Fornecedor: R\$ 5.999,0000

Valor Global da Ata: R\$ 5.999,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar