

Assunto: Fwd: Fwd: ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO - _PE 52/2022_PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA_11/07/2022 ÀS 09:00

De: Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

Data: 28/06/2022 17:26

Para: marcos@mhedica.com.br, napoleao@mhedica.com.br, nayara@mhedica.com.br, lucas.mendonca@mhedica.com.br, ricardo@mhedica.com.br, recepcao@mhedica.com.br, marcos@mhedica.com.br

Boa tarde!

Seguem respostas formalizadas pela Secretaria Municipal de Saúde para o pedido de esclarecimentos.

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Pregoeiro
Superintendência de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Re: Fwd: ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO - _PE 52/2022_PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA_11/07/2022 ÀS 09:00

Data:Tue, 28 Jun 2022 14:05:27 -0300

De:Soraia Aparecida Ferreira <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

Para:Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

Boa tarde!

Com relação questionamento sobre os itens 17,18, 20 e 21 não será aceito máscara em PVC e reservatório de PP, o edital consta material em silicone, que é resistente a processos de desinfecção de alto nível.

Com relação ao 22, o ideal é que seja de 1,5 m, porém podemos aceitar de 1,20 m.

Com relação o filtro a proposta é para HMEF, para que não tenha duvida melhoraos o descritivo O FILTRO HMEF POSSUI CARACTERÍSTICA ELETROSTÁTICA HIDROFÓBICA E HIGROSCÓPICA SENDO A SUA PARTE PROXIMAL AO PACIENTE HIGROSCÓPICA POR POSSUIR CELULOSE IMPREGNADA COM CLORETO DE CÁLCIO QUE AGE DE MANEIRA SEMELHANTE ÀS VIAS RESPIRATÓRIAS SUPERIORES HUMANAS, RETENDO A UMIDADE E O CALOR PRESENTES NO AR EXPIRADO E LIBERANDO-OS, AQUECIDOS E UMIDIFICADOS, DE VOLTA PARA O PACIENTE E TOTALMENTE HIDROFÓBICA DEVIDO SUA MEMBRANA FILTRANTE ELETROSTÁTICA DE BARREIRA CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS QUE POSSUI EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DE 99,999% CAPAZ DE MANTER AQUECIDO E UMIDIFICADO O GÁS INSPIRADO, ALÉM DE ATUAR COMO BARREIRA MICROBIOLÓGICA QUE PREVINE A INFECÇÃO CRUZADA ENTRE O PACIENTE E O RESPIRADOR MECÂNICO; INVÓLUCRO TRANSPARENTE, PERMITE VISUALIZAÇÃO DE OBSTRUÇÕES; CONECTORES PADRÃO ISO 53561-1 DIÂMETROS DE: 15 E 22MM; RECOMENDAÇÃO DE USO: 24/48 HORAS; BAIXA RESISTÊNCIA AO FLUXO DE AR: 104PA 30L/MIN; • ESPAÇO MORTO: 35ML; MEMBRANA HIDROFÓBICA 250G; MECANISMO DE

FILTRAÇÃO ELETROSTÁTICO; MEIO DE UMIDIFICAÇÃO HISGROSCÓPICO: DISCO EM CELULOSE;
FLUXO DE AR: BIDIRECIONAL;
• EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA: 99,999%; EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM VIRAL: 99,999%;
RETENÇÃO DE PARTÍCULAS A PARTIR DE: 0,3MM; VT: 150 – 1500ML; EFICIÊNCIA DE
UMIDIFICAÇÃO: 31 MG H2O/L A VT 600 ML; 30 MG H2O/L A VT 800 ML;30 MG H2O/L A VT 1000
ML • PERDA DE UMIDADE: 6 MG H2O/L; PESO: 29G; • DISPOSITIVO DE USO INDIVIDUAL
DESCARTÁVEL; ESTERILIZAÇÃO EM ETO; LIVRE DE LÁTEX.

Att

Soraia Aparecida Ferreira
Matricula 34.807

Em Sexta, Junho 24, 2022 13:21 -03, Thiago Pereira De Carvalho
<thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Prezada,

segue pedido de esclarecimentos.
Gentileza me responder.

Prazo para resposta: 14h do dia 28/06/2022.

Link para consulta ao Edital: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2022/06/PE-SRP-EDITAL-No-052-2022_ass..pdf

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Pregoeiro
Superintendência de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO - _PE 52/2022_PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
LUZIA_11/07/2022 ÀS 09:00

Data:Fri, 24 Jun 2022 11:54:55 -0300

De:marcos@mhedica.com.br

Para:licitacoes@santaluzia.mg.gov.br

CC:napoleao@mhedica.com.br, nayara@mhedica.com.br,
lucas.mendonca@mhedica.com.br, ricardo@mhedica.com.br,
recepcao@mhedica.com.br, marcos@mhedica.com.br

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022

PROCESSO Nº 4871/2022

A/C.: Sr (a). Pregoeiro (a) e equipe de apoio;

A empresa **MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº08.245.855/0001-94, vem, respeitosamente, **solicitar Pedido de Esclarecimento.**

Visando ampliar a participação para mais empresas presentes, solicitamos o seguinte esclarecimento:

Item 14 - FILTRO DE MÁQUINA HMEF PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA

Qual filtro deve ser ofertado? HMEF ou HEPA?

Itens 17 e 18 - MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO E COM RESERVATÓRIO TAMANHO ADULTO / INFANTIL

Será aceito máscara em PVC e reservatório de PP por se tratar de produto de uso único descartável?

Itens 20 e 21 - MASCARA FACIAL PARA MICRONEBULIZAÇÃO

Será aceito máscara de PVC por se tratar de produto de uso único e descartável?

Edital solicita: Item 22 - MASCARA FACIAL PARA MACRONEBULIZAÇÃO

Será aceito traqueia com 1,20m?

Aguardamos resposta para ofertar os materiais em pleno acordo às necessidades do município.

Gentileza confirmar leitura/recebimento deste e-mail.

Desde já agradeço.

Cordialmente,



