

Assunto: Fwd: Fwd: IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022
De: Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>
Data: 25/07/2022 09:51
Para: RLCIR <rlcir@terra.com.br>

Bom dia!

Segue resposta da Secretaria Municipal de Saúde, órgão responsável pela elaboração do Termo de Referência.

Edital será suspenso e oportunamente republicado.

A fase preparatória do Pregão será refeita.

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Pregoeiro
Superintendência de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Re: Fwd: IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022
Data: Mon, 25 Jul 2022 09:07:12 -0300
De: Soraia Aparecida Ferreira <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>
Para: Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

Bom dia

Fizemos pesquisa sobre o descritivo dos itens 12 e 13, foi feito uma nova especificação mudando o corpo de inalador de aluminio para um material resistente ou polipropileno.
Att

Em Quinta, Julho 21, 2022 16:39 -03, Thiago Pereira De Carvalho
<thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Prezada Soraia,

segue pedido de impugnação para o Edital 052/2022- disponível em
<https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2022/06/REPUBLICACAO-PE-SRP-EDITAL-No-052-2022-ass..pdf>

Prazo para resposta: 14h do dia 25/07/2022.

A ausência de resposta no prazo supracitado dará causa à suspensão do Pregão Eletrônico.

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Pregoeiro
Superintendência de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022

Data:Thu, 21 Jul 2022 16:23:13 -0300

De:RLCIR <rlcir@terra.com.br>

Para:licitacoes@santaluzia.mg.gov.br

Boa tarde,

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4871/2022
ITENS Nº 12 E 13 - ESPAÇADOR

Vimos através desta, impugnar o presente edital, para que seja revisto e reavaliado os descritivos dos produtos referente aos itens nº 12 e 13, pelo motivo que passamos a expor:

Os descritivos constantes no edital, solicita "CORPO EM ALUMÍNIO", no entanto, informamos que apenas uma única empresa no mercado, oferece corpo em alumínio. Os demais fabricantes, também confeccionam corpos em polipropileno, ressaltamos que as marcas de corpo em polipropileno cumpri plenamente os objetivos e ao fim que se destina e com certeza, a instituição poderá usufruir de excelentes preços de espaçadores, e ainda, com custo bastante abaixo do praticado no mercado.

Segue em anexo edital do "INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP", que corrobora com os fatos que mencionamos acima.

No aguardo do deferimento.

atenciosamente,

No aguardo

Valter Carrer.:

PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA
(11) 3832-9612/3835-4572