


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Santa Luzia, 22 de agosto de 2022

Avaliação das fraldas referente ao PE59/22.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	MARCA	LICITANTE	APROVADA / REPROVADA
1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - NOTURNA - TAMANHO M	UN	Biofral	Abasantos Distribuidora Ltda	As fraldas foram aprovadas, as mesmas possuem boa qualidade; observou-se uma boa retenção da urina, e nas hastes laterais aonde envolve o paciente. A parte absorvente apresenta visivelmente o gel absorvente que auxilia na retenção de urina dos pacientes.
2,3	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G - E G- NOTURNA	UN	Pro Senior	Farmacor Materiais e Equipamentos Cirurgicos Ltda	Após utilizarmos as fraldas enviadas para análise: observou-se uma má qualidade na retenção da urina, e nas hastes laterais aonde envolve o paciente. A parte absorvente não apresenta visivelmente o gel absorvente que auxilia na retenção de urina dos pacientes.
4	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO P - NOTURNA	UN	Tena Conifort	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Dessa forma, considera-se o item REPROVADO. Após análise da proposta as fraldas foram aprovadas, esta marca e empresa é atual é o fornecedor

Ressaltamos que as amostras foram avaliadas pela equipe do Hospital Municipal


Soraia Aparecida Ferreira
Secretaria de Saúde
Santa Luzia

Matricula 34.807