



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Santa Luzia, 02 de setembro de 2022

Avaliação das fraldas referente ao PE59/22.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	MARCA	LICITANTE	APROVADA / REPROVADA
2,3	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - NOTURNA - TAMANHO G E EG	UN	MARDAM	CIRÚRGICA ITAMARA TY EIRELLI	As fraldas , estão reprovadas, após análise da única fralda enviando referente aos tamanhos G e EG, observou-se que a mesma não possui boa qualidade de absorção de líquido. A mesma durante a manipulação rompeu deixando gel exposto. É importante ressaltar que não foi possível avaliar na embalagem a inscrição incontinência severa conforme descrito no edital, considerando que fralda foi enviada em uma única amostra fora da embalagem

Soraia Aparecida Ferreira

Matricula 34.807



AV. VIII, Nº50 – BAIRRO CARREIRA COMPRIDA – SANTA LUZIA – CEP 33.045.090 - MINAS GERAIS