

Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: ENC: ESCLARECIMENTO - INCUBADORA

Terça, 02 Agosto, 2022 14:50 -03



Soraia Aparecida Ferreira

soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br

Para

[me](#)

Boa tarde

Segundo a Scyomara responsável pelo Serviço de Saúde Bucal, podera ser fornecidas a incubadora na modalidade de tecnologia colorimétrica (equipamento mais simples com baixo custo e le

----- Original Message -----

Assunto: Fwd: Fwd: Fwd: ENC: ESCLARECIMENTO - INCUBADORA

Data: Terça, Agosto 02, 2022 14:41 -03

De: "scyomara salomao" <scyomarasalomao@santaluzia.mg.gov.br>

Para: "Soraia Aparecida Ferreira" <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

Oi Soraia!

Pode ser sim!

Scyomara

----- Original Message -----

Assunto: Fwd: Fwd: ENC: ESCLARECIMENTO - INCUBADORA

Data: Terça, 02 Agosto, 2022 11:52 -03

De: "Soraia Aparecida Ferreira" <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

Para: "scyomara salomao" <scyomarasalomao@santaluzia.mg.gov.br>

Bom dia

Favor avalia o questionamento

----- Original Message -----

Assunto: Fwd: ENC: ESCLARECIMENTO - INCUBADORA

Data: Terça, Agosto 02, 2022 11:41 -03

De: "Soraia Barbosa Soares" <soraia-soares@santaluzia.mg.gov.br>

Para: "Soraia Aparecida Ferreira" <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>, cme@difarmig.com.br

Bom dia,

REF.: PE-062/2022 - Insumos e Material para CME

Segue esclarecimento da empresa **Difarmig**.

Cordialmente,

**Soraia Soares
Pregoeira**

Departamento de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG
Telefone: (31) 3641-5257

www.santaluzia.mg.gov.br

E-mail: soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil

----- Original Message -----

Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO - INCUBADORA

Data: Terça, 02 Agosto, 2022 11:34 -03

De: Ludmilla Ramalho <cme@difarmig.com.br>

Para: "licitacoes@santaluzia.mg.gov.br" <licitacoes@santaluzia.mg.gov.br>

Referências:

De: Ludmilla Ramalho

Enviado: terça-feira, 2 de agosto de 2022 09:56

Para: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br <licitacoes@santaluzia.mg.gov.br>; ronan souza <ronanramos04@yahoo.com.br>

Assunto: ESCLARECIMENTO - INCUBADORA

Soraia,

bom dia! Tudo bem?

Conforme conversamos no telefone, solicito esclarecimentos quanto ao número de incubadoras solicitadas no processo 066/2022.

Somos fornecedores dos insumos para o monitoramento do processo de esterilização e pela nossa experiência, quando o município solicita 40 incubadoras, alguns destes equipamentos são para uso hospitalar, enquanto outros seriam para uso odontológico, correto?

Gostaríamos de entender se as incubadoras destinadas à odontologia podem ser fornecidas na modalidade de tecnologia colorimétrica (equipamento mais simples com baixo custo e leitura por mudança de cor) enquanto as hospitalares seriam fluorimétricas (equipamento mais robusto de alto custo, leitura por reação química visualizada no painel do equipamento).

Aguardo seu retorno,

--

@ro2p152mb3280.lamp152.prod.outlook.com>

--

Scyomara Salomão Carvalho de Araújo
Secretaria de Saúde - Saúde Bucal
Prefeitura Municipal de Santa Luzia
TEL: 3649-7664

LUDMILA RAMALHO
Consultora Externa
COREN MG 271541

31 97339-3405
Ludmila Ramalho
cme@difarmig.com.br
www.difarmig.com.br
@difarmighospitalar
difarmighospitalarLtda




Outlook-xuvp3awk.png

134 KiB



LUDMILA RAMALHO
Consultora Externa
COREN MG 271541

31 97339-3405
Ludmila Ramalho
cme@difarmig.com.br
www.difarmig.com.br
@difarmighospitalar
difarmighospitalarLtda




Outlook-i0fx0zyd.png

99.1 KiB

