

Assunto: Fwd: Fwd: Solicitação de esclarecimento - Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG - PE 74/2022

De: Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

Data: 25/08/2022 15:34

Para: "Vendas ." <vendas@ufr.br>

Boa tarde!

Segue resposta formalizada por servidora da Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Pregoeiro
Superintendência de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Re: Fwd: Solicitação de esclarecimento - Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG - PE 74/2022

Data:Thu, 25 Aug 2022 14:13:30 -0300

De:Soraia Aparecida Ferreira <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

Para:Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

Boa tarde!

4,5 é a medida minima do eletrodo

Cordialmente

Em Quinta, Agosto 25, 2022 11:46 -03, Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Bom dia,

segue novo pedido de esclarecimentos.

Gentileza me responder.

Prazo para resposta: 14h do dia 29/08/2022.

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Pregoeiro
Superintendência de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Solicitação de esclarecimento - Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG - PE 74/2022

Data:Thu, 25 Aug 2022 11:38:59 -0300

De:Vendas . <vendas@ufr.ind.br>

Para:licitacoes@santaluzia.mg.gov.br

Bom dia, Sr. Pregoeiro,

A empresa A F R Distribuidora de Produtos Ltda solicita **Pedido de Esclarecimento** referente ao **Pregão Eletrônico** nº 74/2022.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL MADALENA PARRILLO CALIXTO, UPA DE SÃO BENEDITO, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONOSSES, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SAMU, CAPS, CCE, COMPROVADAMENTE REGISTRADOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Item 17:

Serão aceitos eletrodos com diâmetro exato de 4,5cm ou essa é a medida mínima?

Atenciosamente,

