


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Santa Luzia, 31 de outubro de 2022

Avaliação dos equipamentos referente ao PE 76/22.

ITEM	PRODUTO	MARCA	LICITANTE	SITUAÇÃO
1	AGE	DERMAEX	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SOLICITAR AMOSTRA
2	HIDROGEL	POLAR FIX	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REPROVADO - CONTEM ALGINATO
3	GEL PHMB	DBS	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	REPROVADO SEM EDTA, IMIDAZOLIDINIL UREIA
4	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO 10X10	URGO	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	APROVADO PRODUTO EM UTILIZAÇÃO NO MUNICIPIO
5	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO 15X15	URGO	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	APROVADO PRODUTO EM UTILIZAÇÃO NO MUNICIPIO
6	CURATIVO DE ESPUMA 10X10	POLAR FIX	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REPROVADO NÃO CONTEM ABSORÇÃO VERTICAL E TIRAS TERMOSELADAS ABSORVENTES
7	CURATIVO DE ESPUMA 15X15	POLAR FIX	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REPROVADO NÃO CONTEM ABSORÇÃO VERTICAL E TIRAS TERMOSELADAS ABSORVENTES
8	CURATIVO DE ESPUMA COM PRATA OU PHMB15X15	KORAL	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REPROVADO NÃO POSSUI ABSORÇÃO VERTICAL/ PRATA NÃO DISPERSA HOMOGENEAMENTE
9	ALGINATO DE CALCIO C/ OU S/ SODIO 10X10	CURATEC	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SOLICITAR AMOSTRA
10	COMPRESSA DE PETROLATUM 7,6X20,3	CURATEC	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	APROVADO PRODUTO EM UTILIZAÇÃO NO MUNICIPIO

11	CURATIVO ANTIMICROBIANO COMPOSTO DE TECITO ACETATO	ESSITY	ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	SOLICITAR AMOSTRA
12	BOTA DE UNNA FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE 10X10	CURATEC	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	APROVADO PRODUTO EM UTILIZAÇÃO NO MUNICIPIO
13	FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE 15X15	QUALITY	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO PRODUTO EM UTILIZAÇÃO NO MUNICIPIO
14	HIDROFIBRA COM PRATA 10X10	GOLDMED	PHARMAPLAST	REPROVADO NÃO RECEBEMOS O CATALÓGO
15	HIDROFIBRA COM PRATA 15X15	POLAR FIX	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REPROVADO SEM INFORMAÇÕES SUFICIENTES NO CATALÓGO
16	HIDROFIBRA COM PRATA 15X15	POLAR FIX	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REPROVADO SEM INFORMAÇÕES SUFICIENTES NO CATALÓGO
17	HIDROCOLOÍDE	POLAR FIX	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REPROVADO SEM INFORMAÇÕES SUFICIENTES NO CATALÓGO
18	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO 10X10	CURATEC	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	APROVADO PRODUTO EM UTILIZAÇÃO NO MUNICIPIO TAMANHO 10,5X10,5 NÃO INTERFERE NO USO
19	BANDAGEM DE COMPRESSÃO ELÁSTICA DE MÉDIA E ALTA COMPRESSÃO	NUTRIMINAS GM	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	REPROVADO NO CATALÓGO DESCREVE BANDAGEM SEMELHANTE À BOTA DE UNNA E NÃO BANDAGEM ELÁSTICA CONFORME DESCRITO NO EDITAL
20	FILME TRANSPARENTE 15X10CM	HOSPITALAR PROCI	CN HOSPITALAR S.A.	SOLICITAR AMOSTRA
21	FILME TRANSPARENTE 10X10CM	PRODUTOS PARA SAUDE	PROCI PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	SOLICITAR AMOSTRA

  
Sorala Aparecida Ferreira

Matricula 34.807