

# Fwd: Fwd: Fwd: Re: Fwd: Fwd: ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO - PE 95/2022\_PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA\_28/09/2022 ÀS 09:00

Segunda, 26 Setembro, 2022 09:01 -03



Soraia Aparecida Ferreira  
[soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br](mailto:soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br)

Para  
[me](#)

---

Bom dia

Segue a resposta ao esclarecimento

----- Original Message -----

Assunto: Fwd: Fwd: Re: Fwd: Fwd: ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO - PE 95/2022\_PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA\_28/09/2022 ÀS 09:00

Data: Sexta, Setembro 23, 2022 16:41 -03

De: "Moacir Teixeira de Souza Junior" <moacirjunior@santaluzia.mg.gov.br>

Para: Soraia Aparecida Ferreira (Saúde ADM) <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

----- Original Message -----

Assunto: Fwd: Re: Fwd: Fwd: ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO - PE 95/2022\_PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA\_28/09/2022 ÀS 09:00

Data: Sexta, Setembro 23, 2022 16:40 -03

De: "Moacir Teixeira de Souza Junior" <moacirjunior@santaluzia.mg.gov.br>

Para: soraia

----- Original Message -----

Assunto: Re: Fwd: Fwd: ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO - PE 95/2022\_PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA\_28/09/2022 ÀS 09:00

Data: Sexta, Setembro 23, 2022 14:09 -03

De: "Moacir Teixeira de Souza Junior" <moacirjunior@santaluzia.mg.gov.br>

Para: "Soraia Aparecida Ferreira" <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

Em resposta ao pedido de esclarecimento realizado pela empresa **MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA** , relacionado ao pregão Eletrônico 095/2022:

- **Item 24 – Cardioversor Bifásico com marca-passo transcutâneo:Em relação ao**

esclarecimento sobre a entrada de 12 V para Ambulância, Informamos que essa entrada é necessária, pois no caso de um defeito na bateria interna, o equipamento poderá ser alimentado por essa entrada, aumentando a segurança ao paciente.

Moacir Teixeira/Manutenção Biomédica

Em Sexta, Setembro 23, 2022 11:53 -03, "Soraia Aparecida Ferreira" <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Bom dia

Favor responder o questionamento

----- Original Message -----

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO - PE 95/2022\_PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA\_28/09/2022 ÀS 09:00

Data: Sexta, Setembro 23, 2022 11:44 -03

De: "Soraia Barbosa Soares" <soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br>

Para: Soraia Aparecida Ferreira (Saúde ADM) <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

Bom dia,

REF.: PE 095/2022 - AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Segue esclarecimento referente ao pregão acima, empresa: **MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA**

Cordialmente,

**Soraia Soares  
Pregoeira**

Departamento de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Telefone: (31) 3641-5257

[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)

E-mail: [soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br](mailto:soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br)

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil

----- Original Message -----

Assunto: ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO - PE 95/2022\_PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

LUZIA\_28/09/2022 ÁS 09:00

Data: Sexta, 23 Setembro, 2022 11:19 -03

De: marcos@mhedica.com.br

Para: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br

CC: napoleao@mhedica.com.br, rafael@mhedica.com.br, nayara@mhedica.com.br,

lucas.mendonca@mhedica.com.br, ricardo@mhedica.com.br, recepcao@mhedica.com.br,

marcos@mhedica.com.br

Referências: <004d01d8c927\$fafef4f0\$f0fcded0\$@mhedica.com.br>

**A****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2022****PROCESSO Nº 12380/2022**

A/C.: Sr (a). Pregoeiro (a) e equipe de apoio, bom dia.

A empresa **MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº08.245.855/0001-94, vem, respeitosamente, **solicitar Pedido de Esclarecimento para o item 24 (CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO).**


Visando ampliar a participação para mais empresas presentes, solicitamos o seguinte esclarecimento:

Edital solicita:

**CONEXÃO DE ENTRADA PARA UTI MÓVEL – 12V**

**Será aceito equipamento que não possua essa entrada de 12V?**

Justificativa: Nós da Mhédica trabalhamos com uma linha de cardioversores que possui uma bateria interna recarregável que pode trabalhar monitorando um paciente intra-hospitalar por + de 6 horas, com essa autonomia se consegue fazer uma transferência de um paciente intra-hospitalar de +- 400km do município de Santa Luzia.




Cabe aqui salientar que tal aceitação não interfere em nada na qualidade do equipamento e também na funcionalidade e sendo aceita, permitirá a participação de um número maior de empresas, trazendo maior competitividade ao pregão e benefícios a gestão pública.

Aguardamos resposta para ofertar o equipamento em pleno acordo às necessidades do município.

Gentileza confirmar leitura/recebimento deste e-mail.

Desde já agradeço.

Cordialmente,



--