

Fwd: Re: Fwd: Fwd: Esclarecimento, Pregão Eletrônico nº 095/2022

Sexta, 23 Setembro, 2022 11:54 -03



Soraia Aparecida Ferreira

soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br

Para

[me](#)

Bom dia

Segue resposta do questionamento

----- Original Message -----

Assunto: Re: Fwd: Fwd: Esclarecimento, Pregão Eletrônico nº 095/2022

Data: Sexta, Setembro 23, 2022 11:33 -03

De: "Moacir Teixeira de Souza Junior" <moacirjunior@santaluzia.mg.gov.br>

Para: "Soraia Aparecida Ferreira" <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

Em resposta ao pedido de esclarecimento realizado pela empresa PROLIFE, relacionado ao pregão Eletrônico 095/2022:

- Item 18 – Eletrocardiógrafo: Em relação ao questionamento sobre o tipo de equipamento, é um equipamento digital acoplado a um Pc com o programa próprio instalado. Sobre a comunicação, ela será feita através de entrada USB, assim como a alimentação de tensão do console. Sobre o questionamento do computador este será próprio do contratante.

Moacir Teixeira/Manutenção Biomédica

Em Sexta, Setembro 23, 2022 10:01 -03, "Soraia Aparecida Ferreira" <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Bom dia

Favor responder o questionamento

----- Original Message -----

Assunto: Fwd: Esclarecimento, Pregão Eletrônico nº 095/2022

Data: Sexta, Setembro 23, 2022 09:09 -03

De: "Soraia Barbosa Soares" <soraia-soares@santaluzia.mg.gov.br>

Para: Soraia Aparecida Ferreira (Saúde ADM) <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

Bom dia,

REF.: PE 095/2022 - AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Segue esclarecimento referente ao pregão acima, empresa: **PROLIFE.**

Cordialmente,

**Soraia Soares
Pregoeira**

Departamento de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Telefone: (31) 3641-5257

www.santaluzia.mg.gov.br

E-mail: soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil

----- Original Message -----

Assunto: Esclarecimento, Pregão Eletrônico nº 095/2022

Data: Quinta, 22 Setembro, 2022 17:23 -03

De: Anna Paula L R Martins <amartins@prolife.com.br>

Para: "licitacoes@santaluzia.mg.gov.br" <licitacoes@santaluzia.mg.gov.br>

CC: Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>, Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>

Prezados, boa tarde!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: Pregão Eletrônico nº 095/2022 – Item 23: “ELETROCARDIOGRAFO PARA INTEGRAR A PC”


Para confirmação, o item de eletrocardiógrafo trata-se de um equipamento de mesa ou um equipamento digital?

Caso o item seja referente a aquisição de um eletrocardiógrafo digital, questionamos, considerando a garantia de maior portabilidade do equipamento e que a requisição é para um equipamento digital, serão aceitas tecnologias que realizem a conexão com o computador por Bluetooth, sem entrada USB, e que possuam alimentação por meio de pilhas com autonomia para 500 exames ou 6 horas de monitoramento contínuo?

Por fim, para confirmação, é necessário que seja entregue um computador junto ao equipamento?

Aguardo retorno.

Atenciosamente,



Anna Paula Lemos Rojas Martins

Trainee – Especialista de Produtos, Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.:0800 606 4698

www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

--