

# Fwd: Re: Fwd: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 095/2022

Sexta, 23 Setembro, 2022 11:13 -03



Soraia Aparecida Ferreira

[soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br](mailto:soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br)

Para

[me](#)

---

Bom dia

Segue o resposta ao questionamento

----- Original Message -----

Assunto: Re: Fwd: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 095/2022

Data: Sexta, Setembro 23, 2022 11:03 -03

De: "Moacir Teixeira de Souza Junior" <moacirjunior@santaluzia.mg.gov.br>

Para: "Soraia Aparecida Ferreira" <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

Em resposta ao pedido de esclarecimento realizado pela empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, relacionado ao pregão Eletrônico 095/2022:

- **Item 09 – Detector Fetal:** Informamos que não será possível alterar a faixa de batimentos para 50 a 240 BPM, conforme solicitado pelo fornecedor. Manteremos a que foi descrita no edital de 30 a 240 BPM, pelo fato de atingir uma faixa maior de batimentos, demanda essa solicitada pelos profissionais que utilizam o aparelho no município. Já em relação à retirada da exigência de “fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica”, consideramos a impossibilidade do atendimento dessa demanda da empresa, pois o fusível é necessário para a proteção do equipamento em caso de sobrecorrente, já que o equipamento é conectado à rede elétrica.
- **Item 18 – Eletrocardiógrafo:** Em relação ao questionamento sobre o edital não deixar evidente a informação “a impressão dos 12 canais no próprio equipamento”, informamos que a impressão é feita na impressora disponível na unidade ligada ao computador, utilizando o software do aparelho, ou seja, ela não é realizada diretamente no próprio equipamento descrito no item.

Moacir Teixeira/ Manutenção Biomédica

Em Quinta, Setembro 22, 2022 10:34 -03, "Soraia Aparecida Ferreira"  
<soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Bom dia

Favor responder o questionamento

----- Original Message -----

Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 095/2022

Data: Quinta, Setembro 22, 2022 10:27 -03

De: "Soraia Barbosa Soares" <soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br>

Para: Soraia Aparecida Ferreira (Saúde ADM) <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

Bom dia,

Segue esclarecimento referente ao PE 095/2022, empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.

Cordialmente,

**Soraia Soares  
Pregoeira**

Departamento de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Telefone: (31) 3641-5257

[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)

E-mail: [soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br](mailto:soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br)

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil

----- Original Message -----

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 095/2022

Data: Terça, 20 Setembro, 2022 16:10 -03

De: Jenifer Lara <jenifer.lara@macrosul.com>

Para: "licitacoes@santaluzia.mg.gov.br" <licitacoes@santaluzia.mg.gov.br>

Boa tarde,

Venho por meio deste solicitar esclarecimento referente ao pregão eletrônico 095/2022

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG

PREGÃO ELETRÔNICO N° 095/2022

DA EMPRESA: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA

CNPJ: 95.433.397/0001-11

TELEFONE: (41) 2102-8344 – JENIFER LARA

Apresentamos respeitosamente a Vossa Senhoria, nosso esclarecimento para análise de alguns fatos quanto à descrição solicitada para os itens 09 e 18 – Detector Fetal e Eletrocardiógrafo, **conforme anexo.**

Favor confirmar recebimento do e-mail;

Diante dos fatos apresentados solicitamos análise técnica para devidas alterações.

At.te

**Jenifer Lara**  
*departamento de licitações*

(41) 2102-8344 | Ramal 8314

--

