

Assunto: Fwd: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

ED_PE_PREF_MUN_SANTA_LUZIA_MG_1042022_26_10_2022_09H00_BOMBAS

De: Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

Data: 14/10/2022 14:22

Para: andre.cosme@pmh.com.br, licitacao.pmh@pmh.com.br, bruno.fonseca@pmh.com.br

Boa tarde,

segue resposta da Secretaria Municipal de Saúde ao pedido de esclarecimentos.

Atenciosamente,

Thiago Pereira de Carvalho

Pregoeiro

Superintendência de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

ED_PE_PREF_MUN_SANTA_LUZIA_MG_1042022_26_10_2022_09H00_BOMBAS

Data:Fri, 14 Oct 2022 14:13:35 -0300

De:Soraia Aparecida Ferreira <soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br>

Para:Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

Boa tarde

Em resposta ao questionamento da empresa PMH, esclarecemos que não é necessário que seja uma bomba nova, no caso de bomba usados solicitaremos documentos que comprovem que os equipamentos estão condições.

Att

Em Sexta, Outubro 14, 2022 12:22 -03, Thiago Pereira De Carvalho

<thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Prezada,

segue pedido de esclarecimentos. Gentileza responder-me.

Edital disponível em https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2022/10/PE-SRP-EDITAL-No-104-2022_ass..pdf

Prazo para resposta: 14h do dia 18/10/2022.

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Pregoeiro
Superintendência de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

ED_PE_PREF_MUN_SANTA_LUZIA_MG_1042022_26_10_2022_09H00_BOMBAS

Data: Fri, 14 Oct 2022 11:48:40 -0300

De: André Cosme <andre.cosme@pmh.com.br>

Para: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br

CC: licitacao pmh <licitacao.pmh@pmh.com.br>, Bruno Fonseca <bruno.fonseca@pmh.com.br>

Bom dia Prezado Pregoeiro.

Com referencia ao processo abaixo: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9519/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 104/2022

Gostaríamos de confirmar se os equipamentos deveram ser novos? De únicos uso? Tem que atender a IEC 60601-1-2?

Frisamos ainda que, o cenário hospitalar atual, é composto em sua maioria por bombas de infusão com pouca tecnologia. Nesse sentido, com o momento ao qual estamos passando, a tecnologia dos equipamentos e produtos está se modificando, assim como o nível de exigência das unidades de saúde acerca dos produtos oferecidos. As novas normas, favorecem as indicações de uma tecnologia com maior segurança, rastreabilidade e praticidade em uso e assim resta aos fornecedores tentarem se adequar as características técnicas, principalmente àquelas que estão diretamente relacionadas à segurança do paciente!

Atenciosamente.

