

Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 104/2022 Processo Administrativo nº 9519/2022
De: Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>
Data: 21/10/2022 14:51
Para: Safira Ferreira <safira.ferreira@bbraun.com>

Boa tarde!

Resposta está no próprio Edital: minuta da Ata de Registro de Preços - cláusula 4.1 e minuta do Contrato - cláusula 2.1.

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Pregoeiro
Superintendência de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 104/2022 Processo Administrativo nº 9519/2022
Data:Fri, 21 Oct 2022 13:44:31 -0300
De:Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>
Para:Safira Ferreira <safira.ferreira@bbraun.com>

Boa tarde,

acuso recebimento.

Conforme cláusula 21.6 do Edital: "O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos."

Prazo para resposta: 25/10/2022.

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Pregoeiro
Superintendência de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

Em 21/10/2022 13:37, Safira Ferreira escreveu:

Ilmo.(a) Sr. (a) Pregoeiro(a), boa tarde!

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

1. DOS FATOS

Esta empresa pretende participar deste certame que objetiva a aquisição EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, COMPROVADAMENTE REGISTRADOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA.

Considerando o quantitativo de bombas solicitados nos itens 1,2 e 3, questionamos se, caso a empresa sagre-se vencedora do certame, seria possível a **proposição de cronograma** de entrega dos equipamentos considerando o prazo de 10 dias prorrogáveis por mais 10 dias.

Importante ressaltar que as bombas de infusão foram desenvolvidas com o propósito de auxiliar os profissionais da área da saúde, no controle de infusões de soluções parenterais e enterais, que requer exatidão volumetria e acima de tudo segurança na terapia medicamentosa ao paciente e ao usuário.

Pautado nesta descrição, a B.BRAUN prima pela excelência na execução de seus treinamentos e acompanhamentos durante as instalações das bombas de infusão, quer seja parenteral ou enteral, especialmente quando se trata de infusões de medicamentos de alta vigilância, com por exemplo NORADRENALINA, onde a mínima alteração pode acarretar em eventos adversos não desejáveis ao paciente.

Cientes da nossa responsabilidade com fabricante de Bombas de Infusão e de quão necessário é o treinamento adequado ao usuário, é nossa função propor ao cliente mais do que um cronograma de entrega dos equipamentos em si, mas de um cronograma de troca de tecnologia, baseado em toda a premissa da máxima segurança ao paciente.

Trocar uma bomba de infusão por outra marca de bomba de infusão, não deve ser visto como um processo simples, uma vez que cada fabricante tem em seus equipamentos características específicas e os usuários devem ser devidamente treinados.

Considerando, ainda, que costumeiramente a Instituição possui estoque do fabricante atual, que deve ser utilizado para não ocasionar em desperdício, especialmente em momentos tão difíceis, nossa proposta é sempre iniciarmos pelas áreas críticas – UTI, CC e SEMI-INTENSIVA. Importante ressaltar sempre com o apoio da Educação Continuada da Instituição.

Baseados em nossa experiência e mais uma vez porque primamos pela excelência operacional, o cronograma de entrega dos equipamentos, uma vez entendido todos os pontos acima citados, irá ocorrer mediante todo o treinamento e a segurança que oferecemos aos nossos clientes.

Pelo exposto, faz-se necessário o presente pedido de esclarecimento para que, não somente a empresa peticionaria, mas todas as empresas interessadas em participar do referido certame, possam elaborar corretamente a documentação a ser apresentada.

Por gentileza, acusar recebimento.

Atenciosamente,
Safira Ferreira
Telefone: (21) 2602-3203
E-mail: safira.ferreira@bbraun.com

Grupo B. Braun
Gerência Operação de Vendas
Vendas Públicas
Laboratórios B Braun S.A.

BBRAUN

Av. Eugênio Borges, 1092 - Arsenal
São Gonçalo – RJ | Brasil
CEP 24751-000
Central de Relacionamento: 0800 227 286 (opção 2)
E-mail: suporteaocliente@bbraun.com
www.bbraun.com.br
www.facebook.com/bbraunbrasil

Como um verdadeiro parceiro, desenvolvemos soluções inteligentes e definimos padrões para impulsionar avanços na área da saúde.

B. Braun - Sharing Expertise

The information contained in this communication is confidential, may be attorney-client privileged, may constitute inside information, and is intended only for the use of the addressee. It is the property of the company of the sender of this e-mail. Unauthorized use, disclosure, or copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by return e-mail and destroy this communication and all copies thereof, including all attachments.