

Re: Fwd: Esclarecimento PE 026/2023

Quarta, 19 Abril, 2023 14:04 -03



Soraia Aparecida Ferreira
soraiaferreira@santaluzia.mg.gov.br

Para

[Soraia Barbosa Soares <soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br>](mailto:soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br)

ESCONDER

Em Quarta, Abril 19, 2023 10:54 -03, "Soraia Barbosa Soares" <soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Prezados,

Bom dia

Segue esclarecimento referente ao PE 026/2022 - Perfurocortantes e material médico

Empresa: BRAMED

Necessário resposta até dia 20/04.

----- Original Message -----

Assunto: Esclarecimento PE 026/2023

Data: Quarta, 19 Abril, 2023 10:16 -03

De: Licitação <licitacao@bramedhospitalar.com.br>

Para: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br

Bom dia Prezados,

Poderiam nos ajudar quanto aos descritivos dos Itens 13, 19 e 35.

Item 13: CATETER INTRAVENOSO Nº 22 - AGULHA C/ BISEL CURTO E TRIFACETADO, **PROTETOR DO CONJ.** AGULHA/CATETER, CONCTOR LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE C/ TAMPA PROTETORA FLEXÍVEL, SILICONIZADO, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA DE PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS E CBPF EMITIDO PELA ANVISA.

O termo Protetor conjunto, se refere ao Dispositivo de Segurança?

Com dispositivo de segurança

Item 19:LANCETA ESTÉRIL: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA TESTE DE AMOSTRAS DE SANGUE; CORTE COM PROFUNDIDADE ENTRE 1,8 MM A 2,25 MM. LÂMINA DISPARADA ATRAVÉS DE GATILHO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,

NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES

A lanceta é para uso em lancetador? Caso não seja, é com dispositivo de segurança?


Lanceta não será usada com lancetador. Com dispositivo de segurança

Item 35: TORNEIRA 3 VIAS - CORPO TRANSPARENTE COM TRÊS EXTREMIDADES DE CONEXÃO (DUAS FÊMEAS LUER LOCK E UM MACHO LUER SLIP OU LUER LOCK), MANÍPULO COLORIDO PARA DIRECIONAMENTO E OCLUSÃO DE FLUXO, 360° DO ÂNGULO DE ROTAÇÃO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

A torneira deve ser resistente a Lipídios?

Não

Atenciosamente,



--

Cordialmente,

**Soraia Soares
Pregoeira**

Departamento de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG
Telefone: (31) 3641-5257

www.santaluzia.mg.gov.br

E-mail: soraia-soares@santaluzia.mg.gov.br

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil