

**Assunto:** Re: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5248/2023 - PREGÃO ELETRONICO 35/2023

**De:** Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

**Data:** 27/04/2023 08:20

**Para:** vendas1@criticalmed.com.br

Bom dia.

Conforme cláusula 23.10.1 do Edital:

"O Catálogo de Materiais – CATMAT – e o Catálogo de Serviços – CATSER – do COMPRAS.GOV.BR **não são exaustivos** em relação às possibilidades de aquisições e contratações públicas. Desta forma, havendo divergências entre as especificações de bens/serviços do Edital e do COMPRAS.GOV.BR, **prevalecerão as especificações do Edital.**"

Atenciosamente,  
Thiago Pereira de Carvalho  
Pregoeiro  
Gerência de Licitações e Contratos  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

Em 26/04/2023 16:56, [vendas1@criticalmed.com.br](mailto:vendas1@criticalmed.com.br) escreveu:

Prezados,

Existe uma divergência entre as escalas do aparelho que consta no item 2 (Manovacuômetro) no edital e na relação de itens:

Edital: Manovacuometro de +/- 300 cmH20

Relação de itens: Manovacuometro de +/- 150 cmH20

Qual o correto?

Atenciosamente,

**Isabella Gomes**  
**Departamento Comercial**



Sede: Rua Felipe Camarão, 139

Maracanã - RJ - CEP 20550-165

Tel: 21 2288-5517 - Ramal 30

Celular:  99978-6683 - 99978-6587

E-mail: [vendas@criticalmed.com.br](mailto:vendas@criticalmed.com.br)

[www.criticalmed.com.br](http://www.criticalmed.com.br)