



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Av. VIII, nº 50 - Bairro carre - CEP 33.045-090 - Santa Luzia - MG
Sala 42

COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - SMSA/GAB

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 119/2023-12

Santa Luzia, em 12 de dezembro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Soraia Aparecida registrado(a) civilmente como Soraia Aparecida Ferreira, Servidor Público**, em 12/12/2023, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **0014333** e o código CRC **A7EC3A94**.

23.18.000000124-4

0014333v1

Santa Luzia, 11 de dezembro de 2023

Avaliação catálogo referente ao PE 89/2023- Equipamentos para diagnoses

Item	Empresa	Status
1	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	Aparelho aprovado após análise da descrição do catalogo e manua.

2	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	<p>Aparelho reprovado pois as informações do catálogo não citam características exigidas no edital, como, quantidade de canais digitais de processamento de imagens, se possui modo color doppler, doppler espectral e doppler contínuo, TDI, Modo TRIPLEX.. Pacote de Cálculos específicos, Software de elastografia qualitativa e quantitativa, software para avaliação de deformação miocárdica, não possui informações sobre gravação e arquivamento de imagens, não cita o sistema operacional utilizado</p>
3	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	<p>Aparelho reprovado: edital solicita: “VIDEOGASTROSCOPIO, VIDEOGASTROSCOPIOS DUPLO-CANAL, VIDEONASOGASTROSCOPIO, VIDEOCOLONOSCOPIO, VIDEOCOLONOSCOPIO DUPLO-CANAL, VIDEOCOLONOSCOPIO SLIM, VIDEOENDOSCÓPIOS COM MAGNIFICAÇÃO ÓTICA, ECOENDOSCÓPIOS RADIAIS E SETORIAIS, VIDEODUODENOSCOPIO (COM A CAPA DA PONTA DISTAL REMOVÍVEL), VIDEOENTEROSCOPIO, VIDEOBRONCOSCOPIO, VIDEORHINOLARINGOSCOPIO, VIDEOSIGMOIDOSCOPIO;” O equipamento ofertado, não especifica a compatibilidade exigida com todas as especialidades dos endoscópios, conforme descrição acima do edital. É imprescindível que tenham esta compatibilidade, para que em compras futuras a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, possa utilizar-se da processadora adquirida neste certame para aquisição apenas de endoscópios e não mais tendo que investir em outra videoprocessadora para conseguir a compatibilidade exigida no edital. O edital solicita: FONTE DE ILUMINAÇÃO DE NO MÍNIMO 03 LEDS DE ALTA INTENSIDADE INDEPENDENTES OU XÊNON COM POTÊNCIA COMPATÍVEL A 300W, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA HALOGENA DE 75W (CASO A FONTE DE ILUMINAÇÃO SEJA XÊNON), COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALHA DA LÂMPADA PRINCIPAL</p> <p>No manual do usuário do modelo ARGUS fonte de luz EVL-100 que acompanha o sistema consta fonte de luz LED 80W ou Xênon 250W. Portanto não atende a potência exigida. O edital solicita: Dicom Integrado; concorrente não apresentou o descritivo do equipamento que eles cotaram na sua proposta.</p> <p>O edital solicita: CONEXÃO ETHERNET (100/10 BASE), PARA TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS DIGITAIS PARA REDE DE COMPUTADORES, o manual apresentado em seu capítulo 2 – Resumo do produto pág. 39 não consta entrada para conexão ETHERNET (100/10 BASE). Proposta final da empresa Claro Med não tem o descritivo do equipamento cotado, apenas cópia do edital</p>