

Assunto: Fwd: Fwd: PEDIDO DE REVISÃO DE EDITAL - PE - 089 – 2023 - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - SANTA LUZIA – MG

De: Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

Data: 05/12/2023, 16:39

Para: Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>, Licitações CMB <licitacao@br.medical.canon.com>, Rafael Moreira <rafael.moreira@br.medical.canon>, "visiomedcomercial@gmail.com" <visiomedcomercial@gmail.com>, Comercial-Visiomed <visiomed@visiomed.com.br>, "eugeniofranca@gmail.com" <eugeniofranca@gmail.com>, "eugenio@visiomed.com.br" <eugenio@visiomed.com.br>

Boa tarde.

Segue resposta da Secretaria Municipal de Saúde, contida no histórico deste e-mail.

Adicionalmente, informo:

- Todos os descritivos foram elaborados com base nas Resoluções 8509/2022 e 8510/2022, ambas exaradas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Alterações dos descritivos feitas pela área de planejamento da compra - leia-se Secretaria Municipal de Saúde - não ferem o princípio da competitividade. Tais modificações visam à adequação do objeto às demandas específicas de atendimento da área de saúde do Município.

Vide íntegra das Resoluções supracitadas e as descrições **sugeridas** pela RENEM – Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS. Atenção para cada código RENEM dos equipamentos/materiais. Tais códigos estão informados nas Resoluções Estaduais já informadas, nas quais constam indicações específicas de produtos para Santa Luzia/MG. Links de acesso a seguir.

- https://drive.google.com/drive/folders/17rZ_yFQtsuTozKRnGjMAaGzIGBP5QkKE?usp=sharing
- <https://portalfns.saude.gov.br/pesquisa-de-itens-renem/>
- <https://portalfns.saude.gov.br/wp-content/uploads/2023/04/LISTA-RENEM-28.04.2023-VBA.zip>

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Pregoeiro
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Re: Fwd: PEDIDO DE REVISÃO DE EDITAL - PE - 089 – 2023 - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - SANTA LUZIA – MG

Data:Mon, 04 Dec 2023 14:50:50 -0300

De:Moacir Teixeira de Souza Junior <moacirjunior@santaluzia.mg.gov.br>

Para:Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

Bom dia

Resposta referente á solicitação enviada pela empresa CANON MEDICAL STSTEMS DO BRASIL LTDA.

Solicito primeiramente que a empresa observe o termo de referência que possui as especificações dos equipamentos solicitados, o TR se encontra na página 41 do Edital. Foi observado que algumas das solicitação já constam no TR. Reafirmo que todas as especificações descritas no TR foram baseadas na necessidade do serviço a ser prestado e no direcionamento da resolução, portanto, não podemos modificar para facilitar a participação de outras marcas que não se enquadram nas especificações solicitadas.

Sem mais, agradeço

Moacir Teixeira - Manutenção Biomédica

Em Sexta, Dezembro 01, 2023 09:00 -03, Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Bom dia,

segue novo pedido de esclarecimento. Gentileza me responder.

Edital disponível em https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/11/PE-EDITAL-No-089-2023_assinado.pdf

Prazo para resposta: 06/12/2023, até às 12h.

Lembro-lhes de que em caso de alteração do descritivo de qualquer item da disputa, a sessão pública será remarcada, com base no artigo 55, §1º, da Lei 14.133/2021.

Art. 55. (...)

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

Atenciosamente,
Thiago Pereira de Carvalho
Pregoeiro
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: PEDIDO DE REVISÃO DE EDITAL - PE - 089 – 2023 - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - SANTA LUZIA – MG

Data: Fri, 1 Dec 2023 11:48:46 +0000

De: Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>

Responder a: Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>, Licitações CMB <licitacao@br.medical.canon.com>

Para: licitacoes@santaluzia.mg.gov.br <licitacoes@santaluzia.mg.gov.br>

CC: Licitações CMB <licitacao@br.medical.canon.com>, Rafael Moreira <rafael.moreira@br.medical.canon>, visiomedcomercial@gmail.com <visiomedcomercial@gmail.com>, Comercial-Visiomed <visiomed@visiomed.com.br>, eugenio@visiomed.com.br <eugenio@visiomed.com.br>, eugeniofranca@gmail.com <eugeniofranca@gmail.com>

AO
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
SANTA LUZIA – MG

PREGÃO ELETRÔNICO: 089/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13141/2023

Objeto: O objeto da presente licitação é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS PARA DIAGNOSE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO DERIVAM DO CUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES SES/MG Nº 8.509, E SES/MG Nº 8510 DE 12 DE DEZEMBRO 2022, AMBAS A SEREM EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023.**

Ilmo. Pregoeiro(a) e Comissão,

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35**, vem solicitar **revisão do edital** do **ANEXO I – Termo de Referência – Especificações Técnicas do Objeto ITEM 01 – APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL**, pelos seguintes motivos no documento em anexo.

POR GENTILEZA ACUSAR RECEBIMENTO DO EMAIL

Atenciosamente,

Rosangela Sodré
Canon Medical Systems do Brasil | Departamento de Licitação
Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil – CEP 06460-120
P (55 11) 4134-0135 |
E licitacao@br.medical.canon / rosangela.sodre@br.medical.canon | **W** br.medical.canon



Campinas, 01 de dezembro de 2023.

**AO
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
SANTA LUZIA – MG**

**PREGÃO ELETRÔNICO: 089/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13141/2023**

Objeto: O objeto da presente licitação é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS PARA DIAGNOSE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO DERIVAM DO CUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES SES/MG Nº 8.509, E SES/MG Nº 8510 DE 12 DE DEZEMBRO 2022, AMBAS A SEREM EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023.**

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35**, vem solicitar **revisão do edital** do **ANEXO I** – Termo de Referência – Especificações Técnicas do Objeto **ITEM 01 – APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL**, pelos seguintes motivos:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos supostamente restringem e impedem o equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

Alterações

- **Onde se lê:** POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 62 KW.
- **Leia-se:** POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 50 KW.
- **Justificativa:** Os detectores digitais, principalmente os de Iodeto de césio (Csl), são, em geral, mais sensíveis e permitem redução dos parâmetros radiográficos, tornando exposições utilizando 50W e 600mA raras. Os detectores Canon Medical Systems possuem esta característica.
- Diante disto, solicitamos a alteração a fim de cumprir o que a Lei da Isonomia prevê.

- **Onde se lê:**
CAPACIDADE DE PESO SUPOSTADO PELA MESA DE NO MÍNIMO 300 KG.
BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL MÍNIMO DE 130 CM
CAPACIDADE DE CARGA UNIFORME DO DETECTOR PARA PACIENTES DE 350KG OU MAIOR
- **Leia-se:**
CAPACIDADE DE PESO SUPOSTADO PELA MESA DE NO MÍNIMO 250 KG.
BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL MÍNIMO DE 120 CM
CAPACIDADE DE CARGA UNIFORME DO DETECTOR PARA PACIENTES DE 300KG OU MAIOR
- **Justificativa:** Os valores sugeridos acima já garantem uma alta cobertura dos pacientes e possibilidade de realização das mais variadas projeções radiográficas, permitindo que sejam feitos todos os exames sem quaisquer prejuízos. O equipamento fornecido vem com especificações de fábrica que não são passíveis de mudança, porém as alterações requisitadas acima não interferem no funcionamento do mesmo, somente permitem que mais concorrentes participem do processo. Dessa forma, para ampliar a concorrência e competitividade, solicitamos que sejam realizadas as alterações.

- **Onde se lê:** PROTEÇÃO CONTRA LÍQUIDOS E POEIRA COM ÍNDICE IP67
- **Alterar para:** PROTEÇÃO CONTRA LÍQUIDOS E POEIRA COM ÍNDICE IP55
- **Justificativa:** O equipamento fornecido pela Canon Medical possui grau de proteção IP55, o que já garante resistência a água e poeira, tal fator já garante a devida higienização e proteção do equipamento. Ressaltamos que tal fator não é passível de mudança e a não alteração no item supracitado impede nossa participação no certame. Como com nossas especificações não há quaisquer prejuízos ao Órgão, solicitamos a alteração acima.

- **Onde se lê:** MEMÓRIA INTERNA DO DETECTOR DE NO MÍNIMO 100 IMAGENS;
- **Alterar para:** [RETIRAR]
- **Justificativa:** A alteração deste item permitirá aumentar a participação de fornecedores no processo possibilitando isonomia, maior competitividade e melhor preço de oferta no certame, sem causar quaisquer prejuízos as necessidades do serviço.

- **Onde se lê:**
PROCESSADOR (CPU) INTEL CORE I5 OU MELHOR;
MONITOR COM TELA DE 23 POLEGADAS OU MAIOR
- **Alterar para:**
PROCESSADOR (CPU) INTEL CORE I5 OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO OU MELHOR;
MONITOR COM TELA DE 21,5 POLEGADAS OU MAIOR
- **Justificativa:** A alteração deste item permitirá aumentar a participação de fornecedores no processo possibilitando isonomia, maior competitividade e melhor preço de oferta no certame, sem causar quaisquer prejuízos as necessidades do serviço.

- **Incluir:** Software que possibilita a junção de até 3 imagens para exames de coluna total e membros inferiores.
- **Justificativa:** A inclusão desta tecnologia traz uma nova possibilidade de realização de exames de coluna total e membros inferiores completo, pois está sendo considerado como um dos mais relevantes dentro da radiologia através do equipamento de Raio-x e trará a possibilidade de aumentar a gama de exames realizados na unidade do Órgão. Portanto, sugerimos a inclusão do item acima, pois ocasiona abundância tecnológica e recursos para melhor tratar pacientes.

DO PEDIDO:

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de alteração das especificações técnicas acima citado para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Atenciosamente,



MARLY SAYURI EISHIMA

GERENTE DE VENDAS PUBLICAS

RG N° 18.157.997-2 SSP/SP

CPF N° 110.896.598-90

46.563.938/0014-35

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

Av. Pierre Simon DE Laplace, 965

Techno Park - CEP 13069-320

CAMPINAS - SP