



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Av. VIII, nº 50 - Bairro carre - CEP 33.045-090 - Santa Luzia - MG
Sala 42

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SMSA/GAB
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 983/2024-05

Santa Luzia, em 03 de maio de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Soraia Aparecida registrado(a) civilmente como Soraia Aparecida Ferreira, Servidor Público**, em 03/05/2024, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **0045325** e o código CRC **9552C32E**.

24.15.000000814-5

0045325v1

Avaliação catálogo referente ao Pregão 012/24.

Item	Empresa	Status
01,	PMI Brasil Importadora E Exportadora de Produtos de Saúde Ltda.	Aprovado, após análise dos catálogos apresentados estão em conformidade com edital
02,03,09,011,019,020	Vita Soluções em Engenharia Clínica Ltda.	Aprovado, após análise dos catálogos apresentados estão em conformidade com edital
04, 13,14,15, 16,17,18, 21,	Medical Hospo Assessoria e Serviços Ltda.	Aprovado, após análise dos catálogos apresentados estão em conformidade com edital
05,	Exel Mede Produtos Hospitalares Ltda	Reprovado, após análise do catalogo apresentado observou que a especificação não atende ao solicitado no edital, não e compatível com o monitor da marca CMOS DRAKE, MODELO ISIAAH
06,07,10,12	Datrix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	Aprovado, após análise dos catálogos apresentados estão em conformidade com edital

08	Newmed Comércio e Serviços de Equipamentos Hospitalares	Reprovado, após análise do catalogo apresentado observou que a especificação não atende ao solicitado no edital, não e compatível com o monitor da marca CMOS DRAKE, MODELO ISAIAH
----	---	--

Ressaltamos que todos os catálogos foram avaliados pelo responsável técnico do Setor de Manutenção de Biomédicos