

**Assunto:** Fwd: Re: Fwd: ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO PE 021/2024\_PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA\_19/06/2024 ÀS 09:00

**De:** "Soraia Barbosa Soares" <soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br>

**Data:** 10/06/2024, 16:11

**Para:** Thiago Pereira De Carvalho (Comissão de Pregoeiros - Licitação)  
<thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

Prezados,

Boa tarde,

Segue resposta de esclarecimento da empresa Mhédica Service Comércio e Manutenção Ltda, enviada pelo técnico Moacir Junior referente ao PE 021/2024.

Cordialmente,

*Soraia Soares*

*Coordenadoria de Compras e Contratos*

*Secretaria de Saúde*

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)

E-mail: soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida - Santa Luzia- MG - CEP 33045-090 - Brasil

----- Original Message -----

Assunto: Re: Fwd: ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO PE 021/2024\_PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA\_19/06/2024 ÀS 09:00

Data: Segunda, 10 Junho, 2024 15:24 -03

De: "Moacir Teixeira de Souza Junior" <moacirjunior@santaluzia.mg.gov.br>

Para: "Soraia Barbosa Soares" <soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br>

- **Boa tarde**

**Os Questionamentos não serão aceitos pois todas as características descritas, garantem a compra de equipamento com qualidade de imagem, manuseio eficaz e segurança para os médicos e pacientes. Nenhuma das características é direcionada pois permitem que várias marcas de equipamentos participem, portanto não justifica a mudança para atender a qualquer marca, prejudicando assim a qualidade do equipamento.**

Bom dia Moacir,

Segue pedido de esclarecimento da empresa MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA, referente ao PE 021/24 - aparelhos de raio X e ultrasson.

Conforme Thiago manifestou teremos que responder até 11/06 às 14 h.

Cordialmente,

*Soraia Soares*

*Coordenadoria de Compras e Contratos*

*Secretaria de Saúde*

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)

E-mail: soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida - Santa Luzia- MG - CEP 33045-090 - Brasil

Em Sexta, 07 Junho, 2024 07:59 -03, Thiago Pereira De Carvalho <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Prezadas,

segue pedido de esclarecimentos. Edital disponível em <https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/06/PE-EDITAL-No-021-2024.pdf>

**Prazo para resposta: 11/06/2024, até às 14h.**

Atenciosamente,  
Thiago Pereira de Carvalho  
Pregoeiro  
Gerência de Licitações e Contratos  
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:**ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO PE 021/2024\_PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA\_19/06/2024 ÀS 09:00

**Data:**Thu, 6 Jun 2024 20:29:39 +0000

**De:**Thais Araujo <[thais.araujo@mhedica.com.br](mailto:thais.araujo@mhedica.com.br)>

**Para:**[licitacoes@santaluzia.mg.gov.br](mailto:licitacoes@santaluzia.mg.gov.br) <[licitacoes@santaluzia.mg.gov.br](mailto:licitacoes@santaluzia.mg.gov.br)>

**CC:**Napoleão Sorbello <[napoleao@mhedica.com.br](mailto:napoleao@mhedica.com.br)>, Rafael Sorbello <[rafael@mhedica.com.br](mailto:rafael@mhedica.com.br)>, Marcus Castro <[marcus.fantoni@mhedica.com.br](mailto:marcus.fantoni@mhedica.com.br)>, Ricardo Moro <[ricardo@mhedica.com.br](mailto:ricardo@mhedica.com.br)>, Rafaela Santos <[rafaela@mhedica.com.br](mailto:rafaela@mhedica.com.br)>, Marcos Ferreira <[marcos@mhedica.com.br](mailto:marcos@mhedica.com.br)>, Thais Araujo <[thais.araujo@mhedica.com.br](mailto:thais.araujo@mhedica.com.br)>

Sr (a). Pregoeiro (a) e equipe de apoio, boa tarde!

A empresa **MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº08.245.855/0001-94, vem, respeitosamente apresentar **pedido de esclarecimento** tempestivo em relação ao Edital supracitado, pelos motivos e fatos que a seguir passa expor.

Aguardamos o deferimento.







--

--

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA  
PREGÃO Nº 021/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 305/2024**

A/C.: Sr (a). Pregoeiro (a) e equipe de apoio;

A empresa **MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº08.245.855/0001-94, vem, respeitosamente, **solicitar pedido de esclarecimento referente ao item 01 (APARELHO DE RAIOS X) e Item 02 (ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA)**

Visando ampliar a participação para mais empresas presentes, solicitamos o seguinte esclarecimento do processo:

**Edital solicita:**

**Item 01 - APARELHO DE RAIOS X**

1) CORRENTE VARIÁVEL ENTRE 20MA A 640 MA OU MAIOR;

Será aceito CORRENTE VARIÁVEL ENTRE 20MA A 640 MA OU MAIOR?

Justificativa: A diferença de corrente não chega a 3% da solicitação, pois devemos levar em consideração a eficiência energética dos equipamentos médicos para se obter a mesma radiação ionizante sem a necessidade de potência elevadas, desta forma a solicitação não modifica a qualidade diagnóstica de funcionamento do aparelho.

2) CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO PELA MESA DE NO MÍNIMO 300 KG;

Será aceito CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO PELA MESA DE NO MÍNIMO 275 KG?

Justificativa: A solicitação não chega a 10% da capacidade relatada, porém devemos observar que mesmo tendo uma pandemia de pessoas obesas a média do peso do brasileiro está em 250Kg; coloco que isto não afetara o atendimento aos pacientes nem tão pouco os exames.

3) PROCESSADOR (CPU) INTEL CORE I5 OU MELHOR; MEMÓRIA RAM DE 8GB OU MAIS; MEMÓRIA INTERNA (HDD OU SSD) DE 512GB OU MAIS, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1.000 IMAGENS;

Será aceito PROCESSADOR (CPU) INTEL CORE I5 OU CPU Intel core 2/3.0 GHz MELHOR; MEMÓRIA RAM DE 4GB OU MAIS; MEMÓRIA INTERNA (HDD OU SSD) DE 512GB OU MAIS, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1.000 IMAGENS

Justificativa: O sistema operacional do computador não interfere diretamente na realização dos exames, desta o processamento pode observar diversos sistema que atende com qualidade o funcionamento em equipamentos médicos de alta qualidade.

**Item 02 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA**

1) Software para avaliação da deformação miocárdica (strain) do ventrículo esquerdo com rastreamento automático de bordas e diagrama de alvo (bull's-eye).

Será aceito software para avaliação da deformação miocárdica (strain) do ventrículo esquerdo com rastreamento automático de bordas?

Justificativa: A avaliação ou laudo é espedido pelo médico operador, ficando o software como forma de auxiliar o médico na análise precisa das informações.

2) Possibilidade de software para cálculo automático da translucência nugal e translucência intracraniana;

Será aceito Possibilidade de Software para Cálculo Automático da translucência nugal e intracraniana?

Justificativa: O exame intracraniano pode ser realizado por diversas condições de análise medica, pois ficando a cargo do médico o laudo, desta forma pode ser realizado de forma semi-automática.

3) Sistema Operacional Windows 10 ou superior;

Será aceito SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU Linux ou SUPERIOR?

Justificativa: o sistema operacional somente opera na configuração dos exames relativos aos dados dos pacientes, desta forma outro sistema pode operar com menor possibilidade de travamentos e não ficar suscetível a vírus externos, tendo maior segurança no funcionamento.

Cabe aqui salientar que tal esclarecimento não interfere em nada na qualidade do equipamento e sendo aceita, permitirá a participação de um número maior de empresas, trazendo maior competitividade a cotação prévia e benefícios a gestão pública.

Aguardamos resposta para ofertar o equipamento em pleno acordo às necessidades do hospital.

Sem mais, aguardamos o deferimento do exposto.

Belo Horizonte, 06 de junho de 2024.

**STEFANIE**  
**SORBELLO:0**  
**6404566931**

Assinado de forma  
digital por STEFANIE  
SORBELLO:0640456693

Dados: 2024.06.06  
17:23:06 -03'00'

---

**MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA.**  
**CNPJ:08.245.855/0001-94**  
**Stefanie Sorbello**  
**ID. MG 14394539 / CPF:064.045.669-31**  
**Diretora de Operações**

