

A

**PREFEITURA DE SANTA LUZIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 305/2024**

A/C.: Sr (a). Pregoeiro (a) e equipe de apoio;

A empresa **MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº08.245.855/0001-94, vem, respeitosamente, **solicitar pedido de esclarecimento referente ao item 1 Aparelho de Raio – X e item 02 Ultrassom**

Visando ampliar a participação para mais empresas presentes, solicitamos o seguinte esclarecimento do processo:

Aparelho de Raio – X

Edital solicita

CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO PELA MESA DE NO MÍNIMO 300 KG;

Será aceito CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO PELA MESA DE NO MÍNIMO 275 KG?

Justificativa: Devemos salientar que o peso médio dos brasileiros está em torno de 150kg, mesmo sabendo que estamos passando por uma onda de sobrepeso na população, mas a média de pessoas com sobre peso está em 200kg, ou seja, somente 3% da população. A alteração não interfere na realização dos exames.

PROCESSADOR (CPU) INTEL CORE I5 OU MELHOR; MEMÓRIA RAM DE 8GB OU MAIS; MEMÓRIA INTERNA (HDD OU SSD) DE 512GB OU MAIS, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1.000 IMAGENS;

Será aceito PROCESSADOR (CPU) INTEL CORE I5 ou CPU Intel core 2/3.0 GHz OU MELHOR; MEMÓRIA RAM DE 4GB OU MAIS; MEMÓRIA INTERNA (HDD OU SSD) DE 512GB OU MAIS, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1.000 IMAGENS?

Justificativa: O processador da (CPU) não interfere diretamente na realização dos exames, pois o processamento das imagens é realizado em outra placa de processamento, ficando somente o computador para informações dos pacientes e armazenamento dos softwares;

Ultrassom

Edital solicita

SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR;

Será aceito SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR ou Linux?

Justificativa: o sistema operacional somente opera na configuração dos exames relativos aos dados dos pacientes, desta forma outro sistema operacional pode operar com menor possibilidade de travamentos e não ficar suscetível a vírus externos, tendo maior segurança no funcionamento e também não modifica a qualidade de realização dos exames e laudos.

Cabe aqui salientar que tal esclarecimento não interfere em nada na qualidade do equipamento e sendo aceita, permitirá a participação de um número maior de empresas, trazendo maior competitividade a cotação prévia e benefícios a gestão pública.

Aguardamos resposta para ofertar o equipamento em pleno acordo às necessidades do hospital.

Sem mais, aguardamos o deferimento do exposto

Belo Horizonte, 29 de julho de 2024.

MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA.

CNPJ:08.245.855/0001-94

Stefanie Sorbello

ID. MG 14394539 / CPF:064.045.669-31

Diretora de Operações

08.245.855/0001-94
MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E
MANUTENÇÃO LTDA.
Rua Adelino Teste, 251 - Bloco 01 Sl. 2A.2C e 2D
B. Olhos D'Água - CEP 30390-070
! BELO HORIZONTE - MG