



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Santa Luzia, 16 de outubro de 2024

AVALIAÇÃO CATÁLOGO / FICHA TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 029/2024

ITEM	EMPRESA	MARCA/ FABRICANTE	STATUS
002	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	Medifral Plus / Medi House	Reprovado. Após análise da ficha técnica do produto apresentado, em relação ao tamanho ajustável da cintura consta que a medida é de 160 cm, sendo que o solicitado é de ajustável até 165 cm, quanto ao peso o solicitado no Termo de Referência é acima de 90 kg, sendo o que nos foi apresentado para análise é acima de 80 kg. Portanto a marca Medifral Plus não atende ao edital no tamanho EG.

Soraia Barbosa Soares

Coordenadora de Compras e Contratos