



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
Av. VIII, nº 50 - Bairro carre - CEP 33.045-090 - Santa Luzia - MG  
Sala 42

**COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - SMSA/GAB**  
**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 2040/2024-09**

Avaliação catálogo referente Pregão 29/2024.

Item	Empresa	Status
1,2	Bramed Comercio Hospitalar do Brasil Ltda.	Reprovada, após avaliação da ficha técnica, apresentado não foram encontrados informações suficientes para comparar com o solicitado no edital. Diante do exposto realizamos busca na internet para avaliarmos se há compatibilidade com descritivo do processo. Sendo assim, com relação ao tamanho M, o solicitado é que seja ajustável na cintura até 125 cm e no relatório consta até 110 cm; com relação ao tamanho EG o solicitado seja ajustável a cintura até 165 cm, e o apresentado é de acima de 150 cm. Ressaltamos que no PE 84/23 foi avaliada amostra fisica e observado que o gel forma grumos se agrupando formando lacunas em sua estrutura, o algodão em suas extremidades não apresenta uniformidade, o que não garante uma boa absorção das eliminações fisiológicas em um período

adequado de troca para pacientes. Portanto a **marca Maxi Confort** não atende ao edital referente aos tamanhos M e EG.

Santa Luzia, em 23 de setembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Soraia Barbosa Soares, Supervisora**, em 23/09/2024, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.santaluzia.mg.gov.br/autenticidadesei> informando o código verificador **0088558** e o código CRC **A2DBEE7B**.

24.18.000000305-6

0088558v1

Criado por [soraia-soares](#), versão 2 por [soraia-soares](#) em 23/09/2024 14:36:17.