



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
Av. VIII, nº 50 - Bairro carre - CEP 33.045-090 - Santa Luzia - MG  
Sala 42

**COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - SMSA/GAB**  
**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 2055/2024-09**

Santa Luzia, em 25 de setembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Soraia Aparecida Ferreira, Servidor Público**, em 25/09/2024, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.santaluzia.mg.gov.br/autenticidadesei> informando o código verificador **0089369** e o código CRC **FC5ACF2C**.

24.18.000000305-6

0089369v1

Avaliação catálogo referente Pregão 29/2024.

Item	Empresa	Status
2	DCB Distribuidora Cirurgica Brasileira	Reprovada, após análise do relatório de especificação técnica do produto não foram encontrados informações

Ltda

suficientes para comparar com o solicitado no edital. Diante do exposto realizamos busca na internet para avaliarmos se há compatibilidade com descritivo do processo. Sendo assim, com relação o tamanho ajustável de cintura consta que é de 160 cm, sendo que o solicitado é de ajustável até 165 cm, foi observado os dizeres na embalagem de “incontinência intensa” e no edital solicita “incontinência severa”. Portanto a **marca Guto Maxx** não atende ao edital referente ao tamanho EG

---

Criado por [soraiaferreira](#), versão 2 por [soraiaferreira](#) em 25/09/2024 10:23:54.