


**AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS  
SANTA LUZIA - MG**

Descrição	Conclusão	Justificativa
Ítem 1 – Curativo AGE. Marca: Nutriex	Produto aprovado. Teste desnecessário	Produto já utilizado na rede
Ítem 2 – Hidrogel estéril. Marca: Caregel	Produto reprovado	A ficha técnica do produto afirma que o produto é contraindicado para aplicações em ossos e tendões.
Ítem 3 – Gel para descontaminação de feridas. Marca: Clean-Hex gel com PHMB 0,2%	Produto reprovado	Produto não atende o descritivo. Não possui EDTA em sua composição.
Ítem 4 – Curativo alta absorção antimicrobiano 10x10cm. Marca: Convamax	Produto reprovado	Produto não possui prata nem matriz cicatrizante TLC conforme consta em descritivo.
Ítem 5 – Curativo alta absorção antimicrobiano 15x15cm. Marca: Convamax	Produto reprovado	Produto não possui prata nem matriz cicatrizante TLC conforme consta em descritivo.
Ítem 6 – Curativo de espuma 10x10. Marca: Wound Care P	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede
Ítem 7 – Curativo de espuma 15x15. Marca: Silicare	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede
Ítem 8 – Curativo de espuma com prata ou PHMB 15x15. Marca: Silversoft	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede
Ítem 9 – Alginato de cálcio com ou sem sódio. Marca: Pharma Algi	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede
Ítem 10 – Compressa com petrolatum. Marca: Kendall	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede

  
MG 527.044-111F

**Gleicilaine Alves de Souza**  
Enfermeira EMAD Hospital Madalena

**AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS  
SANTA LUZIA - MG**


Descrição	Conclusão	Justificativa
Ítem 11 – Curativo antimicrobiano composto de tecido de acetato. Marca: Sorbact	Produto aprovado. Teste desnecessário	Produto já utilizado na rede
Ítem 12 – Bota de Unna. Marca: Derma-Cure Plus	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede
Ítem 13 – Fibra de carboximetilcelulose 10x10. Marca: Kangli Derm	Produto reprovado	Produto diferente do descritivo
Ítem 14 – Fibra de carboximetilcelulose 15x15. Marca: Exufiber Ag+	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede
Ítem 15 – Hidrofibra com prata 10x10. Marca: Fibrosol Ag	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede
Ítem 16 – Hidrofibra com prata 15x15. Marca Casex.	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede
Ítem 17 – Hidrocolóide. Marca: Kangli Derm	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede
Ítem 18 – Carvão ativado com prata. Marca: Casex.	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede
Ítem 19 – Bandagem de compressão elástica. Marca: Ortho Pauer.	Reprovado	Segundo exposto no catálogo, produto não tem marcadores de compressão, conforme determinado pelo descritivo.
Ítem 20 – Filme transparente rolo. Marca: Pharmafix Pu	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede

Gleiciaine Alves de Souza  
COREN MG 527.044-EMF

**Gleiciaine Alves de Souza**  
**Enfermeira EMAD Hospital Madalena**

**AVALIAÇÃO DE CATÁLOGO**  
**AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS**  
**SANTA LUZIA - MG**

Descrição	Conclusão	Justificativa
Ítem 21 – Filme transparente de poliuretano 10x10. Marca: ProMed Film	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede

  
Gleicilaine Alves de Souza  
ENFERMEIRA - MG 527.044-ENF

**Gleicilaine Alves de Souza**  
**Enfermeira EMAD Hospital Madalena**