

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS

Nº 23/2025

Motivo: Aquisição de produtos para tratamento de feridas no município de Santa Luzia MG

Descritivo: Hidrofibra com prata 15x15cm - curativo estéril, não aderente, em forma de placa, que absorve grandes quantidades de exsudato e bactérias, resistente à tração, composto por dupla camada de hidrofibra de carboximetilcelulose sódica, sem alginato de cálcio e/ou sódio e com 1,2% de prata iônica. Que promove a absorção vertical, com retenção do exsudato na fibra do curativo e que em contato com exsudato se transforma em um gel coeso que permite a conformabilidade no leito da ferida. Deve possuir agentes antibiofilme, como o BEC (cloreto de benzetônio), e EDTA (ácido trimetildiamonioacético) ou similar comprovado em bula. Tamanho: 15x15. Registro na Anvisa.

Produto avaliado: Casex Hidrocare Ag

Tamanho: 15cm x 15cm

Forma de avaliação: Comparação da ficha técnica do produto com o descritivo da licitação

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A ficha técnica do produto enviada pela empresa licitante, foi avaliada baseando-se no descritivo publicado no processo licitatório. Foram identificadas as seguintes inconsistências:


Requisito do edital	Informação da ficha técnica
Dupla camada	Não há menção na ficha técnica sobre a presença de dupla camada.
Ausência de alginato	Há menção a 'alginato manta com prata', o que gera inconsistência com o descritivo do edital.
Agentes antibiofilme (BEC/EDTA ou similar) comprovado em bula	Não há menção a BEC, EDTA ou equivalente; apenas referência genérica à ação da prata sobre biofilme.

- **Fundamentação técnica:**

Embora a presença de dupla camada possa ser comprovada por meio de análise de amostra do produto, existem inconsistências relevantes entre a ficha técnica e o descritivo do processo de licitação. O fabricante cita matéria-prima composta por alginato, além disso, o edital exige a comprovação em bula da presença de agentes antibiofilme (BEC, EDTA ou similar), o que não também não contém no documento.

CONCLUSÃO

O produto Casex Hidrocare Ag 15x15 cm não atende integralmente ao descritivo técnico do edital, apresentando não conformidades relevantes quanto à ausência de agentes antibiofilmes e presença de alginato em sua composição. Dessa forma, considera-se o produto avaliado **REPROVADO** no processo licitatório.



Gleicilaine Alves de Souza
Enfermeira Estomaterapeuta
COREN MG: 527044