

## LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS

Nº 25/2025

**Motivo:** Aquisição de produtos para tratamento de feridas no município de Santa Luzia MG

**Descritivo:** Hidrogel estéril – cobertura a base de gel transparente, estéril, amorfo, de consistência coesa, composto de carboximetilcelulose e pectina, propilenoglicol e água purificada. Aproximadamente 30g, sem alginato. Embalagem deve conter data de fabricação e validade. Deve conter registro na ANVISA. Sem conservantes e que não ocasione ardência no leito da lesão.

**Produto avaliado:** Debrigel Pec

**Marca:** Helianto

**Forma de avaliação:** Análise da ficha técnica do produto enviada pelo licitante

### CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Ao se realizar a análise do descritivo e das informações presentes na ficha técnica do produto, foram encontradas as seguintes inconsistências:

Característica	Exigido no edital	Apresentado na ficha técnica	Conclusão
Composição	Carboximetilcelulose, pectina, propilenoglicol e água purificada	A ficha técnica cita a presença de água, mas não descreve como água purificada.	Não atende — ausência de comprovação da presença de água purificada
Esterilidade	Produto estéril	Não há informação sobre esterilidade na ficha técnica	Não atende — ausência de comprovação de esterilidade
Conservantes	Sem conservantes	Contém imidazolidinilureia, metilparabeno e propilparabeno	Não atende — presença de agentes conservantes

### CONCLUSÃO

O produto Debrigel Pec não atende ao descritivo técnico exigido no edital, visto as divergências quanto à composição: ausência de comprovação da presença de água purificada; ausência de comprovação de esterilidade e presença de conservantes.

Diante disso, o produto foi considerado **REPROVADO** no processo licitatório.

Gleicilaine Alves de Souza  
Enfermeira Estomaterapeuta  
COREN MG: 527044