



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
Av. VIII, nº 50 - Bairro Carre - CEP 33.045-090 - Santa Luzia - MG  
Sala 42

**SMSA/COOSAD - COORDENADORIA SAD**

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 6553/2025-12**

Prezados, boa tarde!

Após avaliação do último catálogo enviado para o item 07, informo que a espuma de poliuretano com silicone **Gentle**, deve ser reprovada no processo, uma vez que se trata do mesmo produto avaliado e reprovado no item 6, tendo diferença apenas no tamanho. Sendo assim, conforme apresentado em laudo técnico, há inconformidade com o descritivo do edital, devido a ausência de tiras termosseladas exigidas no processo licitatório.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Santa Luzia, em 02 de dezembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Gleicilaine Alves de Souza, Enfermeira**, em 02/12/2025, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.santaluzia.mg.gov.br/autenticidadesei> informando o código verificador **0274069** e o código CRC **D1FB83BB**.