

AVALIAÇÃO DE CATÁLOGO
AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS
SANTA LUZIA - MG

NOVAS PROPOSTAS
AVALIAÇÃO EM 03/10/2025

Descrição	Conclusão	Justificativa
Ítem 2 – Hidrogel estéril. Marca: Caregel (mantém na proposta o produto já reprovado)	Produto reprovado	A ficha técnica do produto afirma que ele é contraindicado para aplicações em ossos e tendões. (VER LAUDO TÉCNICO)
Ítem 3 – Gel para descontaminação de feridas. Marca: Curatec	Produto aprovado	Produto já utilizado na rede
Ítem 4 – Curativo alta absorção antimicrobiano 10x10cm. Marca: Wound Care L	Produto reprovado	Produto não possui prata nem matriz cicatrizante TLC conforme consta em descritivo.
Ítem 5 – Curativo alta absorção antimicrobiano 15x15cm. Marca: Urgo Clean Ag	Produto aprovado	Produto já utilizado na rede
Ítem 13 – Fibra de carboximetilcelulose 10x10. Marca: Fibrosol Non Adhesive	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede


Gleicilaine Alves de Souza
Enfermeira EMAD Hospital Madalena