

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS

Nº 08/2025

Motivo: Aquisição de produtos para tratamento de feridas no município de Santa Luzia MG

Descritivo: Fibra de carboximetilcelulose 10x10cm – curativo primário, estéril, não aderente, macio em forma de placa, que absorve grandes quantidades de exsudato e bactérias, resistente à tração, composto por duas camadas de hidrofibra 100% carboximetilcelulose sódica, sem alginato de cálcio e/ou sódio, costurado com fibra celulósica regenerada, altamente resistente. Deve promover a absorção vertical, com retenção do exsudato na fibra do curativo e a fibra em contato com exsudato se transforma em um gel coeso que permite a conformabilidade no leito da ferida.

Produto avaliado: Alginato de cálcio

Marca: M-TEC

Forma de avaliação: Análise do catálogo do produto enviado pelo licitante

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CATÁLOGO

O catálogo enviado pelo licitante foi avaliado baseando-se no descritivo publicado no processo licitatório.

Percebeu-se que, o produto apresentado pela empresa é diferente do produto solicitado.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O edital solicitava curativo de fibra de carboximetilcelulose, cuja função é absorver grandes quantidades de exsudato e bactérias, formando um gel que mantém o ambiente úmido e auxilia no controle da carga microbiana da ferida SEM ALGINATO DE CÁLCIO E/OU SÓDIO. A empresa apresentou catálogo de curativo de alginato de cálcio, indo assim, contra o descritivo do processo licitatório.

Ressalta-se que já há na licitação um item para aquisição de curativo de alginato de cálcio, portanto a compra deste produto no item 13, que se refere a hidrofibra 100% de carboximetilcelulose, geraria duplicidade de produtos com alginato de cálcio e déficit do material solicitado no atual descritivo.

CONCLUSÃO

O produto apresentado está em não conformidade com o edital, não sendo equivalente ao solicitado, dessa forma, faz-se necessário sua reprovação no processo licitatório.

Gleiciaine Alves de Souza
COREN MG 527.044-BNF

Gleiciaine Alves de Souza
Enfermeira Estomaterapeuta
COREN MG: 527044