

AVALIAÇÃO DE CATÁLOGO
AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS
SANTA LUZIA - MG

NOVAS PROPOSTAS
AVALIAÇÃO EM 09/10/2025

Descrição	Conclusão	Justificativa
Ítem 4 – Curativo alta absorção antimicrobiano 10x10cm. Marca: Urgo Clean Ag	Produto aprovado	Produto já utilizado na rede
Ítem 10 – Compressa com petrolatum. Marca: Kendall	Produto reprovado	Teste realizado, produto não atingiu os objetivos nos critérios de avaliação de qualidade (VER LAUDO TÉCNICO)
Ítem 13 – Fibra de carboximetilcelulose 10x10. Marca: Alginato de cálcio M-TEC	Produto reprovado	Produto diferente do descritivo (VER LAUDO TÉCNICO)
Ítem 18 – Carvão ativado com prata. Marca: Pharmapad Carbon Silver	Necessário envio de amostras para teste	Marca nunca utilizada na rede


Gleiciaine Alves de Souza
ENFERMEIRA - MG 527.044-MF

Gleiciaine Alves de Souza
Enfermeira EMAD Hospital Madalena